

REF eQCU-301B 6x1mL	EXP 2023-12-26	LOT 2201A301B	更新日期： 2022-01 1 / 1
----------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

批号：2201A301B			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(HBsAg)乙肝表面抗原			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.601	0.457-0.745
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	index/mL	7.56	5.75-9.37
Abbott Alinity ci-series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.45	0.342-0.558

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。