

FLU-A RNA 非定值质控品

Unassayed FLU-A RNA Control

货号 / Cat : M141J-A ; M141J-B ; M141J-C

REF

规格 / Qty : 6 × 1mL



REF	LOT	产品有效期	避光保存	警告, 查阅随附文件	制造商	温度条件
产品货号	产品批号					

【预期用途】

本产品为非定值质控品，用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。

【摘要及原理】

非定值质控品主要用于客观评估临床实验室检测方法的精密度，是实验室全面质量管理中不可缺少的一部分。

【组成成份】

本产品以含重组病毒颗粒的假病毒为基础，添加了稳定剂、稀释剂等，其性状为冷藏液态。

【储存条件及效期】

未开瓶

2°C~8°C 可稳定保存至效期结束。

开瓶后

2°C~8°C 可稳定保存10天。

于冷藏或室温条件下运输本产品。严禁冷冻。

【适用仪器】

本产品适用于检测分析项目列表所列项目的仪器设备。在使用时无需配合专门的检测设备或检测试剂盒。

【使用方法】

应将本产品视为患者样本，并参照所使用的仪器、配件或试剂的说明进行操作。

- 从冰箱中取出质控品，于室温18°C~25°C静置恢复到室温。
- 漩涡混匀以确保均匀悬浮，在无污染环境下及时使用洁净的移液设备取出足量质控物。
- 每次取样完成后，务必及时盖上瓶盖放入冰箱储存。
- 使用与患者样本检测相同的流程进行检测，包括核酸提取过程。

注意：

- 已取出的样本不得倒回原瓶中。
- 操作中请注意预防微生物污染。
- 若发现包装破损，请及时联系售后服务商。

【限制】

- 本产品超出效期后切勿使用。
- 使用中若发现有微生物污染或浊度过高，切勿使用。
- 本产品不能用作标准品或对照品。
- 丢弃本产品时，请务必按照当地废弃物管理部门的要求进行处理。

【警告】

本产品采用了病毒重组技术制备的，不具有感染能力的假病毒颗粒，尚无资料显示其危险性。但按照良好实验室规范的要求，均应视为具有潜在感染性，并采用与患者样本相同的防范措施进行处理。

【参考文献】

- CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document C24-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2006.
- Westgard JO. Internal quality control: planning and implementation strategies. Ann Clin Biochem. 2003;593-611.

【企业信息】

生产企业名称：南通井兰生物技术有限公司
住所：南通高新区杏园路299号盛发科技园1幢2楼
联系电话：0513-82502580
生产地址：南通高新区杏园路299号盛发科技园1幢
生产许可证编号：苏药监械生产许20220215号
售后服务单位名称：上海昆涞生物科技有限公司
电话：021-55969126

【说明书核准及修改日期】

核准日期：2024年08月08日

【说明书版本号】

V7.2

【分析项目列表】

分析项目 (Analyte)	分析项目 (Analyte)	分析项目 (Analyte)
甲型H1N1流感病毒RNA(Flu AV-H1N1-RNA)		

示范实验室数据/ Peer Group Data: <http://www.china-qlab.com/sfsj.html>

注：示范实验室数据是若干实验室的汇总数据，仅供学习、参考之用。根据良好实验室规范的要求，实验室需遵循相关技术规范确定自己的均值和可接受范围。

