

<b>REF</b> 517J-1	6x3mL	<b>EXP</b> 2026-05-02	<b>LOT</b> 2305A517J1	更新日期： 2023-06 1 / 3
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	------------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 ( Parameters )	参数 ( Parameters )	参数 ( Parameters )
(AFP)甲胎蛋白	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(CA 50)糖类抗原 50	(CA 72-4)糖类抗原 72-4
(CA242)糖类抗原 242	(CEA)癌胚抗原	(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段
(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(G-17)胃泌素-17
(HE4)人附睾蛋白4	(NSE)神经元特异性烯醇化酶	(PAP)前列腺酸性磷酸酶
(PG I)血清胃蛋白酶原I	(PG II)血清胃蛋白酶原II	(Pivka-II)血清异常凝血酶原
(proGRP)胃泌素释放肽前体	(PSA)前列腺特异性抗原	(S-100)钙离子结合蛋白
(SCC)鳞状细胞癌抗原	(Tg)甲状腺球蛋白	(β2M)β-2-微球蛋白
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

<b>REF</b> 517J-1	6x3mL	<b>EXP</b> 2026-05-02	<b>LOT</b> 2305A517J1	更新日期： 2023-06 2 / 3
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	------------------------

批号：2305A517J1				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(AFP)甲胎蛋白</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	2.61	2.08-3.14	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.78	1.42-2.14	
<b>(CA 125)糖类抗原 125</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	10.3	8.24-12.4	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	7.95	6.35-9.55	
<b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	12.2	9.76-14.6	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	3.24	2.6-3.88	
<b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	8.93	7.15-10.7	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	10.8	8.64-13	
<b>(CA 50)糖类抗原 50</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	4.35	3.47-5.23	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	5.5	4.4-6.6	
<b>(CA 72-4)糖类抗原 72-4</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	5.21	4.17-6.25	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	1.79	1.43-2.15	
<b>(CA242)糖类抗原 242</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	U/mL	5.39	4.31-6.47	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	U/mL	2.72	2.18-3.26	
<b>(CEA)癌胚抗原</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	2.91	2.33-3.49	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	2.44	1.96-2.92	
<b>(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.844	0.684-1	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	3.5	2.8-4.2	
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	µg/L	22.7	18.2-27.2	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	µg/L	32	25.6-38.4	
<b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.35	1.07-1.63	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.599	0.479-0.719	
<b>(G-17)胃泌素-17</b>				
maglumi system Snibe \ Enzyme immunoassay (EIA)	pmol/L	5.67	4.53-6.81	
<b>(HE4)人附睾蛋白4</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	44.7	35.8-53.6	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	40.6	32.5-48.7	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

<b>REF</b> 517J-1	6x3mL	<b>EXP</b> 2026-05-02	<b>LOT</b> 2305A517J1	更新日期： 2023-06 3 / 3
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	------------------------

<b>(NSE)神经元特异性烯醇化酶</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	12.5		10-15
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	4.12		3.3-4.94
<b>(PAP)前列腺酸性磷酸酶</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.546		0.446-0.646
<b>(PG I)血清胃蛋白酶原I</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	µg/L	36.2		29-43.4
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	µg/L	31.8		25.4-38.2
<b>(PG II)血清胃蛋白酶原II</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	µg/L	11		8.8-13.2
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	µg/L	18		14.4-21.6
<b>(Pivka-II)血清异常凝血酶原</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mAU/mL	26.2		21-31.4
<b>(proGRP)胃泌素释放肽前体</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/L	41.7		33.4-50
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/L	46.3		37-55.6
<b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.898		0.718-1.08
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.07		0.85-1.29
<b>(S-100)钙离子结合蛋白</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.087		0.087-0.087
<b>(SCC)鳞状细胞癌抗原</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.54		1.24-1.84
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.691		0.551-0.831
<b>(Tg)甲状腺球蛋白</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	2.51		2.01-3.01
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mg/L	0.351		0.271-0.431
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mg/L	0.198		0.158-0.238
<b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	10.1		8.08-12.1

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。