

报告类别: 示范实验室数据报告  
质控品名: HBsAg 非定值质控品



<b>REF</b> 780J-A	6x1mL	<b>EXP</b> 2026-02-18	<b>LOT</b> 2309A780JA	更新日期: 2024-01
				1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(HBsAg)乙肝表面抗原		

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

报告类别: 示范实验室数据报告  
质控品名: HBsAg 非定值质控品



<b>REF</b> 780J-A	6x1mL	<b>EXP</b> 2026-02-18	<b>LOT</b> 2309A780JA	更新日期: 2024-01 2 / 2
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	------------------------

批号: 2309A780JA			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
<b>(HBsAg)乙肝表面抗原</b>			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	Sample/Cu toff	0.22	0.176-0.264

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。