

<b>REF</b> 854J-N	6x3.5mL	<b>EXP</b> 2025-06-03	<b>LOT</b> 2212A854JN	更新日期： 2023-02
				1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 ( Parameters )	参数 ( Parameters )	参数 ( Parameters )
(Anti-HCV)丙型肝炎病毒抗体	(anti-HIV-1/2)人类免疫缺陷病毒抗体	(anti-TP)梅毒抗体
(HBcAb)乙肝核心抗体	(HBeAb)乙肝e抗体	(HBeAg)乙肝e抗原
(HBsAb)乙肝表面抗体	(HBsAg)乙肝表面抗原	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

<b>REF</b> 854J-N	6x3.5mL	<b>EXP</b> 2025-06-03	<b>LOT</b> 2212A854JN	更新日期： 2023-02
				2 / 2

批号：2212A854JN				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(Anti-HCV)丙型肝炎病毒抗体</b>				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.177	0.117-0.237	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.0631	0.0231-0.103	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.0263	0.0003-0.0523	
<b>(anti-HIV-1/2)人类免疫缺陷病毒抗体</b>				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.0736	0.0336-0.114	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.305	0.185-0.425	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.0586	0.0006-0.117	
<b>(anti-TP)梅毒抗体</b>				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.147	0.067-0.227	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	(Index)	0.0736	0.0336-0.114	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.0505	0.0005-0.1	
<b>(HBcAb)乙肝核心抗体</b>				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.504	0.264-0.744	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	(Index)	3.25	2.61-3.89	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	PEIU/ml	0.313	0.013-0.613	
<b>(HBeAb)乙肝e抗体</b>				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	2.69	2.01-3.37	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	(Index)	2.51	1.87-3.15	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	PEIU/ml	0.0242	0.0002-0.0482	
<b>(HBeAg)乙肝e抗原</b>				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cu toff	0.399	0.159-0.639	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	PEIU/ml	0.042	0.022-0.062	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	PEIU/ml	0.0141	0.0001-0.0281	
<b>(HBsAb)乙肝表面抗体</b>				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	0.032	0.012-0.052	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	3.38	2.4-4.36	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	0.485	0.085-0.885	
<b>(HBsAg)乙肝表面抗原</b>				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	0.042	0.022-0.062	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	0.0315	0.0115-0.0515	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	0.0101	0.0001-0.0201	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的变化，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。