

REF 556-3	6x3mL	EXP 2024-06-05	LOT 350E0EA	更新日期： 2021-07 1 / 1
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：350E0EA			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(HA)透明质酸			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	175	133-217
(IV-Col)IV型胶原			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	221	168-274
(LN)层粘连蛋白			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	291	221-361
(PIIINP)III型前胶原N端肽			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	484	368-600

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。