

REF 501-1	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCA796	更新日期: 2024-07
				1 / 7

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(17-OHP)17-羟孕酮	(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(Acetaminophen)对乙酰氨基酚
(ACTH)促肾上腺皮质激素	(AFP)甲胎蛋白	(AK)阿米卡星
(ALD)醛固酮	(ASD)雄烯二酮	(CEA)癌胚抗原
(Cortisol)皮质醇	(C-P)C-肽	(cPSA)复合前列腺特异性抗原
(CRBM)卡马西平	(CT)降钙素	(DGXN)地高辛
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮	(E2)雌二醇	(FA)叶酸
(FE3/uE3)游离雌三醇	(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原
(FSH)促卵泡刺激素	(FT3)游离T3	(FT4)游离T4
(Gentamicin)庆大霉素	(hCG)人绒毛膜促性腺激素	(HGH)人生长激素
(IgA)免疫球蛋白 IgA	(IgE)免疫球蛋白 IgE	(IgG)免疫球蛋白 IgG
(IgM)免疫球蛋白 IgM	(INS)胰岛素	(LH)促黄体生成素
(Li)锂	(Phenobarbital)苯巴比妥	(PHYT)苯妥英
(PRL)催/ 泌乳素	(PSA)前列腺特异性抗原	(TES)睾酮
(THEO)茶碱	(Tobramycin)妥布霉素	(TSH)促甲状腺素
(TT3)总三碘甲状腺氨酸	(TT4)总T4	(VALP)丙戊酸
(Vancomycin)万古霉素	(VB12)维生素B12	

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的变化, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-1	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCA796	更新日期: 2024-07 2 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号: 2FCA796				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(17-OHP)17-羟孕酮				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.54	0.432-0.648	
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D				
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20.2	16.2-24.2	
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	50.5	40.4-60.6	
(Acetaminophen)对乙酰氨基酚				
Abbott Alinity C Series Abbott \ Colorimetry	mg/L	10.6	8.48-12.7	
(ACTH)促肾上腺皮质激素				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	24.6	19.7-29.5	
(AFP)甲胎蛋白				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.3	14.6-22	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.2	13.8-20.6	
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18	14.4-21.6	
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.2	13.8-20.6	
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	19.1	15.3-22.9	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.5	14-21	
(AK)阿米卡星				
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	5	4-6	
(ALD)醛固酮				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	118	94.4-142	
(ASD)雄烯二酮				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.92	0.74-1.1	
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.54	0.432-0.648	
(CEA)癌胚抗原				
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.39	1.11-1.67	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.26	1-1.52	
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.06	0.84-1.28	
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.1	1.68-2.52	
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.14	0.92-1.36	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.11	0.89-1.33	
(Cortisol)皮质醇				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	26.8	21.4-32.2	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	27.2	21.8-32.6	
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	32.1	25.7-38.5	
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	32.9	26.3-39.5	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	30.1	24.1-36.1	

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-1	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCA796	更新日期: 2024-07 3 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	24.3	19.5-29.1
(C-P)C-肽			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.91	0.73-1.09
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.97	0.77-1.17
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.73	0.59-0.87
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.98	0.78-1.18
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.1	0.88-1.32
(cPSA)复合前列腺特异性抗原			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	270	210-330
(CRBM)卡马西平			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	2.72	2.18-3.26
(CT)降钙素			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	49.9	39.9-59.9
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	45.9	36.7-55.1
(DGXN)地高辛			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.85	0.68-1.02
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.74	0.592-0.888
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.74	0.592-0.888
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	0.68	0.54-0.82
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	720	576-864
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	685	548-822
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	715	572-858
(E2)雌二醇			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	374	299-449
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	259	207-311
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	275	220-330
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	272	218-326
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	352	282-422
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	281	225-337
(FA)叶酸			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.71	2.97-4.45
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.86	3.08-4.64
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.63	3.71-5.55
(FE3/uE3)游离雌三醇			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.35	1.09-1.61
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.35	1.09-1.61

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-1	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCA796	更新日期: 2024-07
				4 / 7

Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.48	1.18-1.78
(Ferritin)铁蛋白			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	71.8	57.4-86.2
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	57.5	46-69
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	66.9	53.5-80.3
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	55.4	44.3-66.5
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	51.9	41.5-62.3
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	85.5	68.4-103
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.41	0.33-0.49
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.49	0.39-0.59
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.44	0.36-0.52
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.38	0.3-0.46
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.34	0.272-0.408
(FSH)促卵泡刺激素			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	10.1	8.08-12.1
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	8.37	6.69-10
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	7.42	5.94-8.9
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	8.2	6.56-9.84
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	8.2	6.56-9.84
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	6.72	5.38-8.06
(FT3)游离T3			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	4.05	3.25-4.85
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	4.17	3.34-5
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	4.57	3.65-5.49
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	4.05	3.25-4.85
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	4.14	3.31-4.97
(FT4)游离T4			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	12.4	9.83-15
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	12.4	9.83-15
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	10.9	8.71-13.1
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	10.9	8.71-13.1
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	10.2	8.14-12.3
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	10.6	8.54-12.7
(Gentamicin)庆大霉素			
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/mL	2.33	1.87-2.79
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Dipstick	µg/mL	1.83	1.47-2.19

注: 此报告所提供的检测项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-1	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCA796	更新日期: 2024-07 5 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

(hCG)人绒毛膜促性腺激素				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	7.22		5.78-8.66
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	6.05		4.83-7.27
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	6.24		5-7.48
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	5.62		4.5-6.74
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	5.46		4.36-6.56
(HGH)人生长激素				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	2.87		2.29-3.45
(IgA)免疫球蛋白 IgA				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	1980		1580-2370
(IgE)免疫球蛋白 IgE				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	348		278-418
(IgG)免疫球蛋白 IgG				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	7770		6210-9320
(IgM)免疫球蛋白 IgM				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	752		602-902
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.752		0.602-0.902
(INS)胰岛素				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	19.2		15.4-23
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	18.8		15-22.6
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	19.1		15.3-22.9
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	14.7		11.8-17.6
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	12.3		9.84-14.8
(LH)促黄体生成素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.32		1.06-1.58
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.14		0.92-1.36
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.32		1.06-1.58
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.47		1.17-1.77
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.94		1.56-2.32
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.82		1.46-2.18
(Li)锂				
Abbott Alinity C Series Abbott \ ISE (direct)	mmol/L	0.39		0.31-0.47
(Phenobarbital)苯巴比妥				
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	µmol/L	30.9		24.7-37.1
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µmol/L	51.3		41-61.6
(PHYT)苯妥英				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	7.04		5.64-8.44
Abbott Alinity C Series Abbott \ Enzyme immunoassay (EIA)	µg/mL	6		4.8-7.2

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-1	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCA796	更新日期: 2024-07 6 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

(PRL)催泌乳素				
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.66		6.12-9.2
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.05		4.83-7.27
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.33		4.27-6.39
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.69		4.55-6.83
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.31		5.85-8.77
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.76		7-10.5
(PSA)前列腺特异性抗原				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.65		0-1.95
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.78		0.62-0.94
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.78		0.62-0.94
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.88		0.7-1.06
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.83		0.67-0.99
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.64		0.52-0.76
(TES)睾酮				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.22		0.98-1.46
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.001		0.001-0.001
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.39		1.11-1.67
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.52		1.22-1.82
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.57		0.456-0.684
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.76		1.41-2.11
(THEO)茶碱				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	4.25		3.39-5.11
Abbott Alinity C Series Abbott \ Enzyme immunoassay (EIA)	µg/mL	4.1		3.28-4.92
(Tobramycin)妥布霉素				
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	µmol/L	1.44		1.15-1.73
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Dipstick	µmol/L	1.91		1.52-2.3
(TSH)促甲状腺素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	0.46		0.368-0.552
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	0.39		0.31-0.47
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	0.45		0.36-0.54
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	0.51		0.41-0.61
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	0.63		0.504-0.756
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	0.58		0.464-0.696
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸				
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.77		0.61-0.93
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.83		0.664-0.996

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-1	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCA796	更新日期: 2024-07 7 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.91	0.73-1.09
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.711	0.569-0.853
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.87	0.69-1.05
(TT4)总T4			
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	75.3	60.1-90.5
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	71.4	57-85.8
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	70.4	56.2-84.6
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	83.8	67.1-101
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	71.4	57-85.8
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	53.3	42.7-63.9
(VALP)丙戊酸			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μmol/L	256	205-307
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	μmol/L	233	186-280
(Vancomycin)万古霉素			
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	μmol/L	5.06	4.05-6.07
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Dipstick	μmol/L	3.92	3.13-4.71
(VB12)维生素B12			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	372	298-446
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	345	276-414
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	278	222-334
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	262	210-314
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	449	359-539

注: 此报告所提供的检测项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。