

REF 501-2	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCCEA6	更新日期: 2024-07
				1 / 7

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(17-OHP)17-羟孕酮	(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(Acetaminophen)对乙酰氨基酚
(ACTH)促肾上腺皮质激素	(AFP)甲胎蛋白	(AK)阿米卡星
(ALD)醛固酮	(ASD)雄烯二酮	(CEA)癌胚抗原
(Cortisol)皮质醇	(C-P)C-肽	(cPSA)复合前列腺特异性抗原
(CRBM)卡马西平	(CT)降钙素	(DGXN)地高辛
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮	(E2)雌二醇	(FA)叶酸
(FE3/uE3)游离雌三醇	(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原
(FSH)促卵泡刺激素	(FT3)游离T3	(FT4)游离T4
(Gentamicin)庆大霉素	(hCG)人绒毛膜促性腺激素	(HGH)人生长激素
(IgA)免疫球蛋白 IgA	(IgE)免疫球蛋白 IgE	(IgG)免疫球蛋白 IgG
(IgM)免疫球蛋白 IgM	(INS)胰岛素	(LH)促黄体生成素
(Li)锂	(Phenobarbital)苯巴比妥	(PHYT)苯妥英
(PRL)催/泌乳素	(PSA)前列腺特异性抗原	(Salicylate)水杨酸盐
(TES)睾酮	(THEO)茶碱	(Tobramycin)妥布霉素
(TSH)促甲状腺素	(TT3)总三碘甲状腺氨酸	(TT4)总T4
(VALP)丙戊酸	(Vancomycin)万古霉素	(VB12)维生素B12

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-2	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCCEA6	更新日期: 2024-07 2 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号: 2FCCEA6				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(17-OHP)17-羟孕酮				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.06	1.64-2.48	
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D				
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	26.3	21-31.6	
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	65.8	52.6-79	
(Acetaminophen)对乙酰氨基酚				
Abbott Alinity C Series Abbott \ Colorimetry	mg/L	34.2	27.4-41	
(ACTH)促肾上腺皮质激素				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	197	158-236	
(AFP)甲胎蛋白				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	97.8	78.2-117	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	87.3	69.8-105	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	97	77.6-116	
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	92.1	73.7-111	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	94	75.2-113	
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	89.8	71.8-108	
(AK)阿米卡星				
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	13.5	10.8-16.2	
(ALD)醛固酮				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	262	210-314	
(ASD)雄烯二酮				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.61	1.29-1.93	
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.05	0.83-1.27	
(CEA)癌胚抗原				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.7	13.4-20	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.7	13.4-20	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.7	11.8-17.6	
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.6	14.1-21.1	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	19.4	15.5-23.3	
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.6	14.9-22.3	
(Cortisol)皮质醇				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	171	137-205	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	159	127-191	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	182	146-218	
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	188	150-226	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	162	130-194	

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-2	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCCEA6	更新日期: 2024-07
				3 / 7

Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	150	120-180
(C-P)C-肽			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.3	3.44-5.16
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.83	5.47-8.19
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.47	4.37-6.57
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.14	4.92-7.36
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.93	4.75-7.11
(cPSA)复合前列腺特异性抗原			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	780	624-936
(CRBM)卡马西平			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	7.93	6.35-9.51
(CT)降钙素			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	179	143-215
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	195	156-234
(DGXN)地高辛			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.2	1.76-2.64
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.2	1.76-2.64
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.37	1.89-2.85
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	2.19	1.75-2.63
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1410	1120-1690
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1450	1160-1740
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1740	1390-2080
(E2)雌二醇			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	895	716-1070
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	602	482-722
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	569	455-683
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	815	652-978
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	848	678-1010
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	587	470-704
(FA)叶酸			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.1	8.08-12.1
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.84	7.88-11.8
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.1	8.88-13.3
(FE3/uE3)游离雌三醇			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.94	3.16-4.72
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.94	3.14-4.74

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-2	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCCEA6	更新日期: 2024-07 4 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.36	3.48-5.24
(Ferritin)铁蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	150	120-180
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	140	112-168
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	185	148-222
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	169	135-203
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	224	179-269
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	271	217-325
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.2	1.76-2.64
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.9	1.52-2.28
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.54	1.24-1.84
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.48	1.18-1.78
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.65	1.32-1.98
(FSH)促卵泡刺激素			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	25.1	20.1-30.1
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	25.1	20.1-30.1
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	35.7	28.6-42.8
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	23.6	18.9-28.3
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	27.1	21.7-32.5
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	21	16.8-25.2
(FT3)游离T3			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	9.73	7.79-11.7
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	15.4	12.3-18.5
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	12.3	9.84-14.8
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	11.8	9.46-14.1
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	11.7	9.36-14
(FT4)游离T4			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	32.2	25.8-38.6
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	30.2	24-36.4
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	39.8	31.8-47.8
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	26.4	21-31.8
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	33.6	26.9-40.3
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	29.3	23.4-35.2
(Gentamicin)庆大霉素			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Dipstick	µg/mL	4.15	3.31-4.99
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/mL	4.98	3.98-5.98

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-2	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCCEA6	更新日期: 2024-07 5 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

(hCG)人绒毛膜促性腺激素				
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	31.5		25.2-37.8
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	28.8		23-34.6
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	31.8		25.4-38.2
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	34.1		27.3-40.9
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	35.4		28.3-42.5
(HGH)人生长激素				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	7.98		6.38-9.58
(IgA)免疫球蛋白 IgA				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	1760		1400-2110
(IgE)免疫球蛋白 IgE				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	99.7		79.8-120
(IgG)免疫球蛋白 IgG				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	7190		5750-8620
(IgM)免疫球蛋白 IgM				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	727		582-872
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.727		0.581-0.873
(INS)胰岛素				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	51.4		41.1-61.7
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	68.6		54.9-82.3
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	64.1		51.3-76.9
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	69.5		55.6-83.4
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	47.3		37.8-56.8
(LH)促黄体生成素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	18		14.4-21.6
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	18		14.4-21.6
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	26.2		21-31.4
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	17.6		14.1-21.1
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	23.2		18.6-27.8
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	15.1		12.1-18.1
(Li)锂				
Abbott Alinity C Series Abbott \ ISE (direct)	mmol/L	1.16		0.92-1.4
(Phenobarbital)苯巴比妥				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µmol/L	122		97.6-146
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	µmol/L	0.862		0.69-1.03
(PHYT)苯妥英				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	15.2		12.2-18.2
Abbott Alinity C Series Abbott \ Enzyme immunoassay (EIA)	µg/mL	12.3		9.84-14.8

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-2	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCCEA6	更新日期: 2024-07 6 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

(PRL)催泌乳素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) Beckman UniCel Dxl 600/800	ng/mL	17.1		13.7-20.5
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.2		13-19.4
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	23		18.4-27.6
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.6		11.7-17.5
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	24		19.2-28.8
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	22.3		17.8-26.8
(PSA)前列腺特异性抗原				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) Beckman UniCel Dxl 600/800	ng/mL	2.72		2.18-3.26
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.8		2.24-3.36
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.32		1.86-2.78
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.54		2.04-3.04
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.51		2.01-3.01
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.28		1.82-2.74
(Salicylate)水杨酸盐				
Abbott Alinity C Series Abbott \ Enzymatic	mg/dL	15.4		12.3-18.5
(TES)睾酮				
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.85		3.08-4.62
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) Beckman UniCel Dxl 600/800	ng/mL	3.69		2.95-4.43
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.003		0.003-0.003
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.05		1.63-2.47
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.91		3.13-4.69
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.39		4.31-6.47
(THEO)茶碱				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	13.3		10.6-16
Abbott Alinity C Series Abbott \ Enzyme immunoassay (EIA)	µg/mL	14.2		11.4-17
(Tobramycin)妥布霉素				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Dipstick	µmol/L	6.34		5.06-7.62
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	µmol/L	5.01		4.02-6
(TSH)促甲状腺素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) Beckman UniCel Dxl 600/800	mIU/L	4.84		3.88-5.8
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	4.52		3.62-5.42
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	5.66		4.52-6.8
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	5.25		4.19-6.31
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	5.24		4.2-6.28
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	4.15		3.31-4.99
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.01		1.61-2.41

注: 此报告所提供的检测项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-2	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCCEA6	更新日期: 2024-07 7 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.05	1.63-2.47
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.85	1.48-2.22
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.19	1.75-2.63
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.8	1.44-2.16
(TT4)总T4			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	149	119-179
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	147	118-176
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	94.5	75.7-113
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	175	140-210
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	145	116-174
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	147	118-176
(VALP)丙戊酸			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μmol/L	563	450-676
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	μmol/L	547	438-656
(Vancomycin)万古霉素			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Dipstick	μmol/L	9.87	7.9-11.8
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	μmol/L	12.9	10.3-15.5
(VB12)维生素B12			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	456	365-547
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	447	358-536
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	588	470-706
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	658	526-790
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	598	478-718

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。