

报告类别: 汇总实验室数据报告



质控品名: 淋巴细胞非定值质控品

REF	962-1	6x0.3mL	EXP	2026-06-16	LOT	5BC15B6	更新日期:	2024-09
								1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(CD3 %)T淋巴细胞 CD3 %	(CD3 CD4 %)T淋巴细胞 CD3 CD4 %	(CD3 CD8 %)T淋巴细胞 CD3 CD8 %
(CD3-CD16 CD56 %)NK细胞 CD3-CD16 CD56 %	(CD3- CD19 B %)CD3- CD19 B淋巴细胞 %	

REF	962-1	6x0.3mL	EXP	2026-06-16	LOT	5BC15B6	更新日期：	2024-09
								2 / 2

批号： 5BC15B6			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CD3 %)T淋巴细胞 CD3 %			
BD FACSCanto Dedicated \ Flow cytometry	%	66.4	53.1-79.7
(CD3- CD19 B %)CD3- CD19 B淋巴细胞 %			
BD FACSCanto Dedicated \ Flow cytometry	%	13.1	10.5-15.7
(CD3 CD4 %)T淋巴细胞 CD3 CD4 %			
BD FACSCanto Creative Biosciences \ Flow cytometry	%	43.2	38.9-47.5
(CD3 CD8 %)T淋巴细胞 CD3 CD8 %			
BD FACSCanto Dedicated \ Flow cytometry	%	21.8	17.4-26.2
(CD3-CD16 CD56 %)NK细胞 CD3-CD16 CD56 %			
BD FACSCanto Dedicated \ Flow cytometry	%	20	16-24

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。