

REF 517J-2	6x3mL	EXP 2025-02-08	LOT 2202A517J2	更新日期： 2024-05
				1 / 4

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(AFP)甲胎蛋白	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(CA 50)糖类抗原 50	(CA 72-4)糖类抗原 72-4
(CA242)糖类抗原 242	(CEA)癌胚抗原	(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段
(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(HE4)人附睾蛋白4
(NSE)神经元特异性烯醇化酶	(PAP)前列腺酸性磷酸酶	(PG I)血清胃蛋白酶原I
(PG II)血清胃蛋白酶原II	(proGRP)胃泌素释放肽前体	(PSA)前列腺特异性抗原
(S-100)钙离子结合蛋白	(SCC)鳞状细胞癌抗原	(Tg)甲状腺球蛋白
(β2M)β-2-微球蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 517J-2	6x3mL	EXP 2025-02-08	LOT 2202A517J2	更新日期: 2024-05
				2 / 4

批号: 2202A517J2				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(AFP)甲胎蛋白				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	80	60.8-99.2	
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	29.7	23.8-35.6	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	66.8	50.8-82.8	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	140	112-168	
(CA 125)糖类抗原 125				
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	29.1	22.1-36.1	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	71.9	54.6-89.2	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	42.9	32.6-53.2	
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	36.5	29.2-43.8	
(CA 15-3)糖类抗原 15-3				
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	27.3	21.8-32.8	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	134	102-166	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	22.6	17.2-28	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	27.6	21-34.2	
(CA 19-9)糖类抗原 19-9				
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	80.9	61.5-100	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	92.5	70.3-115	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	102	77.5-126	
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	95.1	76.1-114	
(CA 50)糖类抗原 50				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	55.3	44.2-66.4	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	55.7	42.3-69.1	
(CA 72-4)糖类抗原 72-4				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	5.48	4.16-6.8	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	10.5	7.98-13	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	4.29	3.26-5.32	
(CA242)糖类抗原 242				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	46.3	35.2-57.4	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	12.5	10-15	
HYBIOME AE Series Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	17	12.9-21.1	
(CEA)癌胚抗原				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	32.4	24.6-40.2	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	27.7	21.1-34.3	

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 517J-2	6x3mL	EXP 2025-02-08	LOT 2202A517J2	更新日期: 2024-05
				3 / 4

maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	16	12.8-19.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	20.5	15.6-25.4
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	40.6	30.9-50.3
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	41.4	31.5-51.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	32.6	24.8-40.4
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17	13.6-20.4
(Ferritin)铁蛋白			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	440	334-546
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.99	4.55-7.43
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.71	6.17-9.25
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.24	3.22-5.26
(HE4)人附睾蛋白4			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	545	436-654
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	291	221-361
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	319	242-396
(NSE)神经元特异性烯醇化酶			
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	89	71.2-107
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	73.8	56.1-91.5
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	96.5	73.3-120
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	25.6	19.5-31.7
(PAP)前列腺酸性磷酸酶			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12.3	9.35-15.3
(PG I)血清胃蛋白酶原I			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	119	95.2-143
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	73.6	55.9-91.3
(PG II)血清胃蛋白酶原II			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	40.2	30.6-49.8
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	73.5	58.8-88.2
(proGRP)胃泌素释放肽前体			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	152	116-188
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	131	99.6-162
(PSA)前列腺特异性抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.64	7.33-12
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.69	5.08-8.3
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.92	7.92-11.9

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 517J-2	6x3mL	EXP 2025-02-08	LOT 2202A517J2	更新日期： 2024-05
				4 / 4

(S-100)钙离子结合蛋白				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.7		11.2-18.2
(SCC)鳞状细胞癌抗原				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.7		14.2-21.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.5		5.7-9.3
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.45		6.42-10.5
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.89		6-9.78
(Tg)甲状腺球蛋白				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	37.9		28.8-47
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	21.4		16.3-26.5
(\beta2M)\beta-2-微球蛋白				
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.91		1.45-2.37
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	3.03		2.3-3.76
(\beta-hCG)人绒毛膜促性腺激素\beta亚基				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	188		143-233
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	78.8		59.9-97.7

注：此报告所提供的检测项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。