

<b>REF</b> 517J-1	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-02-08	<b>LOT</b> 2202A517J1	更新日期: 2024-05
				1 / 4

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(AFP)甲胎蛋白	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(CA 50)糖类抗原 50	(CA 72-4)糖类抗原 72-4
(CA242)糖类抗原 242	(CEA)癌胚抗原	(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段
(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(HE4)人附睾蛋白4
(NSE)神经元特异性烯醇化酶	(PAP)前列腺酸性磷酸酶	(PG I)血清胃蛋白酶原I
(PG II)血清胃蛋白酶原II	(proGRP)胃泌素释放肽前体	(PSA)前列腺特异性抗原
(S-100)钙离子结合蛋白	(SCC)鳞状细胞癌抗原	(Tg)甲状腺球蛋白
(β2M)β-2-微球蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

<b>REF</b> 517J-1	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-02-08	<b>LOT</b> 2202A517J1	更新日期: 2024-05
				2 / 4

批号: 2202A517J1				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(AFP)甲胎蛋白</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.59	3.49-5.69	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.01	5.35-8.67	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.38	2.57-4.19	
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.94	3.14-4.74	
<b>(CA 125)糖类抗原 125</b>				
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	10.5	7.98-13	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	11.8	8.97-14.6	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	11.1	8.44-13.8	
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	7.2	5.76-8.64	
<b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>				
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	2.44	1.96-2.92	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	16.7	12.7-20.7	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	2.99	2.27-3.71	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	4.39	3.34-5.44	
<b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>				
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	10.6	8.06-13.1	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	12.9	9.8-16	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	18.6	14.1-23.1	
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	12.7	10.2-15.2	
<b>(CA 50)糖类抗原 50</b>				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	6.54	5.24-7.84	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	9.13	6.94-11.3	
<b>(CA 72-4)糖类抗原 72-4</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	3.08	2.34-3.82	
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	5.3	4.03-6.57	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	1.77	1.35-2.19	
<b>(CA242)糖类抗原 242</b>				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	11.2	8.51-13.9	
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	3.74	3-4.48	
HYBIOME AE Series Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	3.41	2.59-4.23	
<b>(CEA)癌胚抗原</b>				
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.7	1.36-2.04	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.83	2.15-3.51	

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的变化, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

<b>REF</b> 517J-1	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-02-08	<b>LOT</b> 2202A517J1	更新日期: 2024-05
				3 / 4

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.1	1.6-2.6
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.26	2.48-4.04
<b>(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.24	4.74-7.74
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.23	3.39-5.07
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.52	4.2-6.84
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	45.6	34.7-56.5
<b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.527	0.401-0.653
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.71	0.54-0.88
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.99	0.79-1.19
<b>(HE4)人附睾蛋白4</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	30.5	23.2-37.8
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	37.7	30.2-45.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	32.1	24.4-39.8
<b>(NSE)神经元特异性烯醇化酶</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.8	14.3-23.3
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	18.9	15.1-22.7
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.01	3.81-6.21
<b>(PAP)前列腺酸性磷酸酶</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.28	0.973-1.59
<b>(PG I)血清胃蛋白酶原I</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	49.1	39.3-58.9
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	34.3	26.1-42.5
<b>(PG II)血清胃蛋白酶原II</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	17.9	13.6-22.2
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	18.3	14.6-22
<b>(proGRP)胃泌素释放肽前体</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/L	48.2	36.6-59.8
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	51.7	39.3-64.1
<b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.23	0.935-1.53
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.93	0.707-1.15
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.61	1.29-1.93
<b>(S-100)钙离子结合蛋白</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.16	0.122-0.198

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

<b>REF</b> 517J-1	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-02-08	<b>LOT</b> 2202A517J1	更新日期： 2024-05 4 / 4
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	------------------------

(SCC)鳞状细胞癌抗原			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.57	0.433-0.707
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	3.51	2.81-4.21
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.09	0.828-1.35
(Tg)甲状腺球蛋白			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	5.77	4.39-7.15
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.81	4.42-7.2
(\beta2M)\beta-2-微球蛋白			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mg/L	0.61	0.464-0.756
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.31	0.236-0.384
(\beta-hCG)人绒毛膜促性腺激素\beta亚基			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	1.47	1.12-1.82
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	5.76	4.38-7.14

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。