

REF 515-2	6x3mL	EXP 2027-10-17	LOT 3122B06	更新日期: 2023-11 1 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(AFP)甲胎蛋白	(CA 125)糖类抗原 125
(CA 15-3)糖类抗原 15-3	(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(CEA)癌胚抗原
(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(FSH)促卵泡刺激素
(LH)促黄体生成素	(PRL)催乳素	(PROG)孕酮
(PSA)前列腺特异性抗原	(PTH)甲状旁腺素	(TES)睾酮
(β2M)β-2-微球蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基	

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 515-2	6x3mL	EXP 2027-10-17	LOT 3122B06	更新日期： 2023-11 2 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号： 3122B06				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	90.4	71.9-109	
(AFP)甲胎蛋白				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	111	88.4-134	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	132	105-159	
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	128	102-154	
(CA 125)糖类抗原 125				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	69.7	55.5-83.9	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	59.5	47.4-71.6	
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	96.6	76.9-116	
(CA 15-3)糖类抗原 15-3				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	51.4	40.9-61.9	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	57.9	46.1-69.7	
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	61.8	49.2-74.4	
(CA 19-9)糖类抗原 19-9				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	53.5	42.6-64.4	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	56.7	45.1-68.3	
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	42.5	33.8-51.2	
(CEA)癌胚抗原				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.6	8.42-12.8	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.4	8.26-12.5	
(Ferritin)铁蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/L	185	147-223	
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	147	117-177	
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.24	4.17-6.31	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.3	4.22-6.38	
(FSH)促卵泡刺激素				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	35.8	28.5-43.1	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	33	26.3-39.7	
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	30.9	24.6-37.2	
(LH)促黄体生成素				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	23.5	18.7-28.3	
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	24.1	19.2-29	
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	20.1	16-24.2	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 515-2	6x3mL	EXP 2027-10-17	LOT 3122B06	更新日期： 2023-11 3 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

(PRL)催/泌乳素				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.5		14.7-22.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	19.7		15.7-23.7
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.9		15-22.8
(PROG)孕酮				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.4		9.06-13.7
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.9		9.47-14.3
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.1		10.4-15.8
(PSA)前列腺特异性抗原				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.3		10.6-16
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14.7		11.7-17.7
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12.8		10.2-15.4
(PTH)甲状旁腺素				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	84.5		67.3-102
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	89.4		71.2-108
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	97.8		77.8-118
(TES)睾酮				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.577		0.461-0.693
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.516		0.41-0.622
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.519		0.411-0.627
(β2M)β-2-微球蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.39		1.11-1.67
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	1.47		1.17-1.77
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	150		119-181
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	154		123-185

注：此报告所提供的与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。