

<b>REF</b> 539-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2027-08-12	<b>LOT</b> 336CA68	更新日期: 2024-09
				1 / 4

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(17-OH-Preg)17-羟基-孕烯醇酮	(AFP)甲胎蛋白	(ALD)醛固酮
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体	(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体	(ASD)雄烯二酮
(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3	(CA 19-9)糖类抗原 19-9
(CEA)癌胚抗原	(Cortisol)皮质醇	(C-P)C-肽
(DGXN)地高辛	(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮	(E2)雌二醇
(FA)叶酸	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(FSH)促卵泡刺激素
(FT3)游离T3	(FT4 )游离T4	(hCG)人绒毛膜促性腺激素
(HCY)同型半胱氨酸	(HGH)人生长激素	(IgE)免疫球蛋白 IgE
(IGF1)胰岛素生长因子1	(INS)胰岛素	(LH)促黄体生成素
(PRL)催/泌乳素	(PROG)孕酮	(PSA)前列腺特异性抗原
(PTH)甲状旁腺素	(TES)睾酮	(Tg)甲状腺球蛋白
(THEO)茶碱	(TSH)促甲状腺素	(TT3)总三碘甲状腺氨酸
(TT4)总T4	(VB12)维生素B12	(β2M)β-2-微球蛋白
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基		

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

<b>REF</b> 539-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2027-08-12	<b>LOT</b> 336CA68	更新日期： 2024-09
				2 / 4

项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
批号： 336CA68			
<b>(17-Oh-Preg)17-羟基-孕烯醇酮</b>			
Agilent aglient \ High performance liquid chromatography (HPLC)	ng/mL	2.05	1.63-2.47
<b>(AFP)甲胎蛋白</b>			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	109	87.2-131
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	146	117-175
<b>(ALD)醛固酮</b>			
Agilent aglient \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pg/mL	163	130-196
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pg/mL	3240	2590-3880
<b>(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	77	61.6-92.4
<b>(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	33.4	26.7-40.1
<b>(ASD)雄烯二酮</b>			
Agilent aglient \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	3.41	2.73-4.09
<b>(CA 125)糖类抗原 125</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	53	42.4-63.6
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	76	60.8-91.2
<b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	56.9	45.5-68.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	47.9	38.3-57.5
<b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	46.5	37.2-55.8
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	39.5	31.6-47.4
<b>(CEA)癌胚抗原</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.04	7.24-10.8
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	16.6	13.3-19.9
<b>(Cortisol)皮质醇</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	246	197-295
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	ng/mL	188	152-224
<b>(C-P)C-肽</b>			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.03	1.63-2.43
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.31	1.85-2.77
<b>(DGXN)地高辛</b>			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.98	1.59-2.37
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.54	2.04-3.04

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

<b>REF</b> 539-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2027-08-12	<b>LOT</b> 336CA68	更新日期： 2024-09
				3 / 4

<b>(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6810		5440-8170
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	ng/mL	5520		4410-6620
<b>(E2)雌二醇</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1050		840-1260
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	966		773-1150
<b>(FA)叶酸</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.67		5.34-8
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	7.02		5.62-8.42
<b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.53		4.43-6.63
<b>(FSH)促卵泡刺激素</b>				
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	25.2		20.2-30.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	26.4		21.1-31.7
<b>(FT3)游离T3</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	12.7		10.2-15.2
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	11.5		9.2-13.8
<b>(FT4 )游离T4</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	34.3		27.4-41.2
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	32.7		26.2-39.2
<b>(hCG)人绒毛膜促性腺激素</b>				
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	181		145-217
<b>(HCY)同型半胱氨酸</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	22.2		17.8-26.6
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	μmol/L	22.6		18.1-27.1
<b>(HGH)人生长激素</b>				
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	μg/L	3.87		3.1-4.64
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	4.17		3.33-5.01
<b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>				
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	84.8		67.8-102
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	IU/mL	77		61.6-92.4
<b>(IGF1)胰岛素生长因子1</b>				
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	nmol/L	19.2		15.4-23
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	244		195-293
<b>(INS)胰岛素</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	33.5		26.8-40.2
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/L	30.3		24.2-36.4

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

<b>REF</b> 539-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2027-08-12	<b>LOT</b> 336CA68	更新日期： 2024-09
				4 / 4

<b>(LH)促黄体生成素</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	21.8		17.4-26.2
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	17.3		13.8-20.8
<b>(PRL)催/ 泌乳素</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.9		14.3-21.5
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.5		14-21
<b>(PROG)孕酮</b>				
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	12.1		9.67-14.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.7		9.37-14
<b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14.7		11.8-17.6
<b>(PTH)甲状旁腺素</b>				
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	125		99.9-150
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	70.9		56.7-85.1
<b>(TES)睾酮</b>				
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	0.49		0.392-0.588
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.505		0.401-0.609
<b>(Tg)甲状腺球蛋白</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.62		7.7-11.5
<b>(THEO)茶碱</b>				
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	22.5		18-27
<b>(TSH)促甲状腺素</b>				
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	9.8		7.84-11.8
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	11		8.8-13.2
<b>(TT3)总三碘甲状腺原氨酸</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.62		2.1-3.14
<b>(TT4)总T4</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	183		146-220
<b>(VB12)维生素B12</b>				
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	664		531-797
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	791		633-949
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>				
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	1.2		0.96-1.44
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.22		0.98-1.46
<b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	140		112-168

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。