报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **心肌标志物液体非定值质控品**

REF	530-1	6×3mL	EXP	2024-07-20	LOT	T28E68B	更新日期：	2024-03

		批号：T28E68B			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量					
J&J Vitros ECL Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.13	12%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.56	11.8%	<5	<100
Perkinelmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.4	10%	<5	<100
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.5	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Perkinelmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	0.182	12%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	mg/L	0.266	21.5%	<5	<100
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	0.342	12.5%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	0.33	12%	<5	<100
Roche ACCU-CHEK series Roche \ Nephelometry	mg/L	0.138	12%	<5	<100
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)					
Perkinelmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	0.74	10%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	mg/L	1.53	8.4%	<5	<100
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	0.788	14.7%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	1.01	12%	<5	<100
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.39	12%	<5	<100
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	5	10%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	27974	208.5%	14	234
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	122	3.9%	11	305
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	57.6	12%	<5	<100
Perkinelmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	15.8	10%	<5	<100
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	57.6	12%	<5	<100
Realmind biotech ACL Series Realmind biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	264	4.9%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	77.7	70.7%	17	262
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	9.14	70.7%	17	262
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	96.2	12%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	11.3	12%	<5	<100
Realmind biotech ACL Series Realmind biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	49.8	6.2%	<5	<100
Realmind biotech ACL Series Realmind biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	5.86	6.2%	<5	<100
(TnI)肌钙蛋白I					
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.648	4.9%	11	296
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.57	10%	<5	<100
(TnT)肌钙蛋白T					
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.018	12%	<5	<100
Realmind biotech ACL Series Realmind biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.015	2.5%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。