报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **尿液定量生化液体非定值质控品**

REF	586-1	6×8mL	EXP	2023-12-13	LOT	37E5985	更新日期：	2024-03

		批号：37E5985			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AMY)淀粉酶					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	U/L	41.9	2.9%	18	403
Beckman AU series Beckman Coulter \ OTHER	U/L	42.6	2.3%	12	670
Beckman AU series BSBE \ PNP-G7	U/L	41.3	10.4%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ PNP-G7	U/L	38.5	10%	<5	<100
(Ca)钙					
Beckman AU series Reebio \ Arsenazo III	mmol/L	1.99	2.4%	12	665
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ BAPTA	mmol/L	1.96	9.8%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems DiaSys \ Arsenazo III	mmol/L	1.81	1.2%	<5	<100
(Cl)氯					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ ISE (indirect)	mmol/L	70.4	0.8%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	73.3	10%	<5	<100
(Cortisol)皮质醇					
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	33.9	9.8%	<5	<100
(Cr)肌酐					
Beckman AU series Dedicated \ OTHER	μmol/L	6952	3.8%	19	512
Beckman AU series Reebio \ OTHER	μmol/L	5788	3.1%	12	658
Roche Hitachi/Hitachi Systems DiaSys \ Enzymatic	μmol/L	6834	1.4%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	μmol/L	6425	10%	<5	<100
(GLU)葡萄糖					
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mmol/L	1.43	2%	12	670
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	1.34	9.9%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems DiaSys \ Glucose oxidase (GOD)	mmol/L	1.23	4.1%	<5	<100
(K)钾					
Beckman AU series Beckman Coulter \ ISE (indirect)	mmol/L	27	4.7%	12	689
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ ISE (indirect)	mmol/L	28.6	1.9%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	29.6	9.9%	<5	<100
(MA)微量白蛋白					
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	mg/L	34.3	12%	7	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ OTHER	mg/L	27.9	15.9%	<5	<100
Beckman AU series Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	26	6.7%	19	509
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	mg/L	29.2	10%	<5	<100
Beckman AU series BSBE \ Biuret-endpoint	mg/L	36.4	10.4%	<5	<100
(Mg)镁					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Xylidyl Blue	mmol/L	1.08	12%	<5	<100
(P)磷					
Beckman AU series Beckman Coulter \ OTHER	mmol/L	8.33	1.9%	12	673
Roche Hitachi/Hitachi Systems DiaSys \ Phosphomolybdate-UV-end point	mmol/L	8.19	1.8%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	8.36	10.3%	<5	<100
(PRO/ TP)(总) 蛋白					
TOSHIBA TBA OTHER \ pyrogallol red molybdate complex	g/L	0.2	17%	5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ OTHER	g/L	0.146	7.3%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	g/L	0.199	11.7%	17	405
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Biuret-endpoint	g/L	0.18	7.1%	<5	<100
(UA)尿酸					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Uricase colorimetry	μmol/L	462	10.1%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems DiaSys \ Uricase colorimetry	μmol/L	522	1.6%	<5	<100

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **尿液定量生化液体非定值质控品**

REF	586-1	6×8mL	EXP	2023-12-13	LOT	37E5985	更新日期：	2024-03

		批号：37E5985			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Urea)尿素					
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mmol/L	133	2.5%	12	674
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease colorimetry	mmol/L	141	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。