报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

REF	521-1	6×3mL	EXP	2023-04-30	LOT	31B2A85	更新日期：	2024-03

		批号：31B2A85			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Bromocresol green	g/L	19.9	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	159	3.1%	5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Whitman \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	140	6%	30	812
Mindray BS series Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	142	3.9%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	89.4	12%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	80.5	4.1%	9	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	81.2	8.8%	30	792
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	66.9	12%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	15.9	3.7%	7	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	15.3	10.5%	30	804
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	17.6	12%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.142	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1.19	12%	<5	<100
(Hap（HPT）)触珠蛋白（结合珠蛋白）					
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	692	12%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Roche Hitachi/Hitachi Systems MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	125	9.5%	30	796
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	146	6.7%	10	121
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	114	12%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	27.4	12%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Mindray BS series Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1329	4.3%	7	127
Roche Hitachi/Hitachi Systems MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	813	14.7%	28	786
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	751	7%	10	126
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	604	12%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Mindray BS series Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	138	13%	7	111
Roche Hitachi/Hitachi Systems MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	87.1	11.7%	30	786
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	98.1	7%	10	118
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	86.9	12%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	5.5	12%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.69	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.911	12%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	2.96	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems CONDOR-TECO \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.163	8%	31	841
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.173	12%	<5	<100

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

REF	521-1	6×3mL	EXP	2023-04-30	LOT	31B2A85	更新日期：	2024-03

		批号：31B2A85			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2.8	12%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Mindray BS series Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	46.5	25.4%	7	129
Roche Hitachi/Hitachi Systems Whitman \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	38.9	7.3%	30	812
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	39.2	5.5%	10	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	36.5	12%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	116	12%	<5	<100
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.467	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。