

REF	521-1	6×3mL	EXP	2023-11-17	LOT	31B2A8B	更新日期：	2024-04
1 / 3								

批号：31B2A8B					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Bromocresol purple	g/L	20.6	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	158	6.1%	9	177
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	103	6.9%	8	204
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	147	2.2%	7	<100
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	IU/mL	125	8.7%	6	124
Siemens BN ProSpec Siemens \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	54.8	154.7%	23	553
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	91.4	8.5%	19	448
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	148	3.2%	15	171
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	140	12%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Nephelometry	g/L	0.128	12%	<5	<100
(C3)补体 C3					
TOSHIBA TBA LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	77.8	2.9%	9	213
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	71.3	4.5%	8	204
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	78.7	4%	7	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems sysmex \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	79.5	11.8%	5	<100
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	73	2%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	81.3	4.3%	15	165
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	74.7	12%	<5	<100
(C4)补体 C4					
TOSHIBA TBA LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	14.8	4.5%	9	188
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	17.9	4.2%	8	203
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	19	4.1%	7	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems sysmex \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	12	10.2%	7	<100
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	13.1	6.9%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	15.9	6.7%	14	168
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	18.6	12%	<5	<100
Siemens BN ProSpec Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	23	6.1%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.191	2.6%	7	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.279	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
TOSHIBA TBA BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1.32	6.1%	9	190
Siemens BN ProSpec Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	0.854	13.5%	24	567
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1.37	12%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	57	12%	<5	<100
Siemens BN II Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	50.9	12%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	722	12%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Roche Hitachi/Hitachi Systems sysmex \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	152	12.8%	8	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	139	5.2%	8	204
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	131	4.1%	7	<100
Siemens BN ProSpec Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	160	19.4%	25	615

质控品名： 特定蛋白液体非定值质控品

REF	521-1	6×3mL	EXP	2023-11-17	LOT	31B2A8B	更新日期：	2024-04
2 / 3								

		批号：31B2A8B			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
TOSHIBA TBA					
OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	138	1%	<5	<100
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	149	12%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	39.8	12%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	767	4.7%	8	205
Siemens BN II					
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	754	4.9%	7	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems					
sysmex \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	678	14.1%	6	<100
Siemens BN ProSpec					
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1549	9.9%	25	561
TOSHIBA TBA					
OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	675	1.6%	<5	<100
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	796	4.7%	19	450
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	796	12%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	103	4%	8	205
Siemens BN II					
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	101	3.8%	7	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems					
sysmex \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	104	4.6%	5	<100
Siemens BN ProSpec					
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	59	15.1%	25	599
TOSHIBA TBA					
OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	90.4	2%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems					
OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	97.9	4.6%	<5	<100
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1	4%	19	451
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	96.4	12%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	6.96	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	3.57	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702					
Reebio \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.158	2.3%	9	<100
Roche cobas c 501/502/701/702					
DENUO \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.162	3.8%	9	150
TOSHIBA TBA					
OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.146	3.7%	8	<100
Beckman AU series					
DiaSys \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	0.159	5%	24	646
Beckman AU series					
KINGSBIO \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.174	4.2%	19	523
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.166	12%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Beckman AU series					
chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2.37	2.4%	5	138
Siemens BN II					
Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2.65	12%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
TOSHIBA TBA					
BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	53.4	2.7%	8	178
Siemens BN ProSpec					
Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	43	7.1%	7	<100
TOSHIBA TBA					
OTHER \ OTHER	IU/mL	49.8	4.4%	6	136
Siemens BN ProSpec					
Siemens \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	3.53	112.3%	26	608
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	29.3	6.5%	19	450
Roche cobas c 501/502/701/702					
Roche \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	37.3	5.3%	15	169
Beckman Image 800					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	31.6	12%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702					
Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	132	2.9%	15	171
Beckman AU series					
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	121	12%	<5	<100

REF	521-1	6×3mL	EXP	2023-11-17	LOT	31B2A8B	更新日期：	2024-04
3 / 3								

		批号：31B2A8B			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.446	12%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	79.8	12%	<5	<100
(α2M)α-2-巨球蛋白					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1090	12%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	ng/mL	2945	5.6%	9	103
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	2612	4.6%	7	111
Roche Hitachi/Hitachi Systems OTHER \ OTHER	ng/mL	2692	11.6%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	2968	3.2%	<5	<100
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	2557	3.6%	19	549
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	2880	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。