

质控品名： 心肌标志物液体非定值质控品

REF	530-3	6×3mL	EXP	2023-12-14	LOT	I29344C	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号: I29344C			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	79.5	9.9%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	73.2	10.1%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	57.8	9.9%	<5	<100
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	50.6	12%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	2.58	19.6%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	7.15	12%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Reebio \ Nephelometry	mg/L	5.43	0.9%	<5	<100
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	8.18	12%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 DENUO \ immunoturbidimetric	μg/L	546	7.1%	8	123
Ortho Vitros 3600/5600 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	792	7.2%	34	425
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ OTHER	μg/L	449	2.2%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ immunoturbidimetric	μg/L	387	7.7%	13	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	372	12%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	476	9.9%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	390	12%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	2590	2.7%	5	109
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	305	2.7%	5	109
Roche cobas c 501/502/701/702 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	911	13%	34	569
Roche cobas c 501/502/701/702 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	107	13%	34	569
Ortho Vitros 3600/5600 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1533	69%	31	410
Ortho Vitros 3600/5600 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	180	69%	31	410
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1248	12%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	147	12%	<5	<100
Siemens Dimension series Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	473	9.9%	<5	<100
Siemens Dimension series Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	55.6	9.9%	<5	<100
ReLIA TZ-320 ReLIA \ Immunofluorescence (IFA)	pg/mL	1290	15%	<5	<100
ReLIA TZ-320 ReLIA \ Immunofluorescence (IFA)	pmol/L	152	15%	<5	<100
(TnI)肌钙蛋白I					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.2	12.1%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。