报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **尿液定量生化液体非定值质控品**

REF	586-2	6×8mL	EXP	2023-04-02	LOT	37E8033	更新日期：	2024-04

		批号：37E8033			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AMY)淀粉酶					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ OTHER	U/L	220	8.3%	9	227
Beckman AU series Beckman Coulter \ OTHER	U/L	221	2.4%	10	487
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ PNP-G7	U/L	191	10%	<5	<100
(Ca)钙					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Arsenazo III	mmol/L	2.71	2.6%	8	205
Beckman AU series Reebio \ Arsenazo III	mmol/L	2.95	1.8%	10	527
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ BAPTA	mmol/L	2.89	10%	<5	<100
(Cl)氯					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ ISE (indirect)	mmol/L	161	3.7%	7	115
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	164	10%	<5	<100
(Cortisol)皮质醇					
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	292	9.9%	<5	<100
(Cr)肌酐					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Beckman Coulter \ Enzymatic	μmol/L	16432	7.2%	9	228
Beckman AU series Reebio \ OTHER	μmol/L	14535	5%	10	518
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	μmol/L	15665	10%	<5	<100
(GLU)葡萄糖					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ OTHER	mmol/L	14.5	7.3%	9	224
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mmol/L	16.2	2.8%	10	535
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	14.8	10%	<5	<100
(K)钾					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ ISE (indirect)	mmol/L	59.8	21.2%	7	147
Beckman AU series Beckman Coulter \ ISE (indirect)	mmol/L	67.8	12%	10	476
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	80.2	10%	<5	<100
(MA)微量白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	75.5	8.1%	8	201
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	mg/L	64.3	10%	<5	<100
(Na)钠					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ ISE (indirect)	mmol/L	163	2.6%	7	134
Beckman AU series Beckman Coulter \ ISE (indirect)	mmol/L	171	3.4%	11	506
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ ISE (direct)	mmol/L	163	9.8%	<5	<100
(P)磷					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ OTHER	mmol/L	16.3	9.9%	9	226
Beckman AU series Beckman Coulter \ OTHER	mmol/L	10.8	2.7%	10	497
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	15.1	10%	<5	<100
(PRO/ TP)(总) 蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ OTHER	g/L	0.632	4.2%	8	213
Beckman AU series Dedicated \ Biuret-rate	g/L	0.746	13.5%	7	158
Beckman AU series Dedicated \ Biuret-endpoint	g/L	0.624	8.4%	7	140
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Biuret-endpoint	g/L	0.58	10.1%	<5	<100
(UA)尿酸					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ OTHER	μmol/L	867	8.4%	9	227
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Uricase colorimetry	μmol/L	813	10%	<5	<100
(Urea)尿素					
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ OTHER	mmol/L	290	8.4%	9	229
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mmol/L	276	4.1%	10	543

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **尿液定量生化液体非定值质控品**

REF	586-2	6×8mL	EXP	2023-04-02	LOT	37E8033	更新日期：	2024-04

		批号：37E8033			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease colorimetry	mmol/L	281	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。