

REF	600-3	30×1.7mL	EXP	2024-02-20	LOT	3EF9183	更新日期：	2024-04
1 / 2								

		批号：3EF9183			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Ca)钙					
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	0.82	2.6%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	0.76	10.5%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	0.79	10.1%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (indirect)	mmol/L	0.78	9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ OTHER	mmol/L	0.73	0%	<5	<100
(Cl)氯					
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	121	0.9%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	126	9.5%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	133	9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	132	9.1%	<5	<100
(K)钾					
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	5.53	0.9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	5.83	9.3%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	5.69	9%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	5.89	9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ OTHER	mmol/L	5.3	0%	<5	<100
(Na)钠					
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	153	0.7%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	156	9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ICP-MS	mmol/L	161	8.7%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	159	8.8%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ OTHER	mmol/L	153	0%	<5	<100
(PCO2)二氧化碳分压					
Radiometer ABL Series Dedicated \ Electrode	mmHg	20	4.7%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	17.8	9.3%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	15.9	8.8%	<5	<100
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	17.5	9%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	18.9	9%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Rayto \ Electrode	mmHg	17.3	9.2%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ Electrode	mmHg	18	0%	<5	<100
(pH)酸碱度					
Radiometer ABL Series Dedicated \ Electrode	No Units	7.61	0.1%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Rayto \ Electrode	No Units	7.72	9.2%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.58	9.4%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	No Units	7.78	9.1%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	No Units	7.68	9.2%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ Electrode	No Units	7.64	0%	<5	<100
(PO2)氧分压					
Radiometer ABL Series Dedicated \ Electrode	mmHg	139	1.9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	147	8.8%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Dedicated \ Electrode	mmHg	133	9.8%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	142	9.2%	<5	<100
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	157	8.1%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	141	9.2%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ Electrode	mmHg	156	0%	<5	<100

报告类别： 汇总实验室数据报告



质控品名： 血气与电解质非定值质控品

REF	600-3	30×1.7mL	EXP	2024-02-20	LOT	3EF9183	更新日期：	2024-04
2 / 2								

		批号：3EF9183	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV	Lab \ 点数

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。