

REF	521-3	6×3mL	EXP	2023-05-30	LOT	31B78A5	更新日期：	2024-04
1 / 2								

批号：31B78A5					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Bromocresol purple	g/L	57.2	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	370	5.9%	9	101
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	386	2.5%	8	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	347	2.1%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	233	12%	<5	<100
(C3)补体 C3					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	212	4.3%	8	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	215	4.2%	6	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	252	6.6%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	207	12%	<5	<100
(C4)补体 C4					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	52.3	2.2%	8	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	67.4	8.5%	6	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	53.6	3.6%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	54.1	12%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.437	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	3.27	16.7%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	7.13	12%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白（结合珠蛋白）					
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	2010	12%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	386	3.4%	9	<100
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	326	2.2%	6	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	362	3.3%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	340	12%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	97.2	12%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2236	2.6%	8	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	1974	3.5%	7	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2045	1.6%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1765	12%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Roche cobas c 501/502/701/702 DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	267	4%	7	<100
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	241	2.9%	6	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	189	2.4%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	258	12%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	16.7	12%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	5.1	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	7.87	12%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	2.64	12%	<5	<100

质控品名： 特定蛋白液体非定值质控品

REF	521-3	6×3mL	EXP	2023-05-30	LOT	31B78A5	更新日期：	2024-04
2 / 2								

批号：31B78A5					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(PAB)前白蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702	g/L	0.305	2.5%	<5	<100
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)					
Beckman Image 800	g/L	0.559	12%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Siemens BN II	mg/dL	9.53	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(RF)类风湿因子					
TOSHIBA TBA	IU/mL	133	3.1%	8	<100
MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)					
Roche cobas c 501/502/701/702	IU/mL	76.2	2.8%	7	<100
DiaSys \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas c 501/502/701/702	IU/mL	42.2	3.2%	<5	<100
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)					
Beckman Image 800	IU/mL	116	12%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(TRF)转铁蛋白					
Beckman Image 800	mg/dL	353	12%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Siemens BN II	g/L	1.38	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Beckman AU series	mg/dL	200	10%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(β2M)β-2-微球蛋白					
TOSHIBA TBA	ng/mL	5914	2.7%	8	101
MedicalSystem \ OTHER					
Siemens BN II	ng/mL	5300	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
Beckman AU series	ng/mL	6100	12%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。