

REF	600-2	30×1.7mL	EXP	2024-06-15	LOT	393DCF7	更新日期：	2024-04
1 / 1								

批号：393DCF7					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Ca)钙					
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (indirect)	mmol/L	1.09	10.1%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	1.12	10.7%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	1.09	8.3%	<5	<100
(Cl)氯					
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	94.6	9.6%	<5	<100
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	94.9	9.4%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	98.5	8.9%	<5	<100
(K)钾					
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	3.89	10%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	3.86	10.1%	<5	<100
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	3.94	9.6%	<5	<100
(Na)钠					
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	134	9%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	133	9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ICP-MS	mmol/L	132	9.1%	<5	<100
(PCO2)二氧化碳分压					
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	45.9	9.4%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Electrode	mmHg	46.2	10%	<5	<100
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	47.2	9.7%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	mmHg	41.8	7%	<5	<100
(pH)酸碱度					
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Electrode	No Units	7.36	9.4%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	No Units	7.39	9.3%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.45	9.3%	<5	<100
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	No Units	7.35	9.3%	<5	<100
(PO2)氧分压					
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	mmHg	112	8.7%	<5	<100
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	96.8	9.9%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Electrode	mmHg	99.5	9.9%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	92.9	9.3%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ Electrode	mmHg	116	8.4%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。