报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **血气与电解质非定值质控品**

REF	600-2	30×1.7mL	EXP	2023-09-15	LOT	393DE25	更新日期：	2024-03

		批号：393DE25			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Na)钠					
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ OTHER	mmol/L	133	0.7%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ OTHER	mmol/L	133	0.7%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	140	1%	18	295
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	132	0.7%	10	238
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (indirect)	mmol/L	139	7.9%	<5	<100
(PCO2)二氧化碳分压					
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	36.1	2.3%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ Electrode	mmHg	36.2	1.9%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ Electrode	mmHg	36.9	2.9%	18	289
Radiometer ABL Series Dedicated \ Electrode	mmHg	37.4	5.3%	10	238
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ Glucose oxidase (oxygen electrode)	mmHg	31.1	10.4%	<5	<100
(pH)酸碱度					
Radiometer ABL Series Dedicated \ Electrode	No Units	7.41	0.2%	9	147
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	No Units	7.44	0.1%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ Electrode	No Units	7.44	0.1%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ Electrode	No Units	7.42	2.4%	18	307

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。