

REF	670-1	6x1mL	EXP	2026-09-02	LOT	3FE8733	更新日期:	2024-05
								1 / 1

批号: 3FE8733					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APTT)活化部分凝血活酶时间					
Werfen ACL series Werfen Hemosil APTT-SP \ Light scattering	Seconds	33	9.4%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Werfen ACL series Werfen Hemosil Liquid Antithrombin (AT \square) \ Nephelometry	%	107	10%	<5	<100
(FIB)纤维蛋白原					
Werfen ACL series Werfen Hemosil QFA Thrombin (FIB) \ Light scattering	g/L	3.77	10%	<5	<100
(PT INR)PT国际标准化比值					
Werfen ACL series Werfen Hemosil PT Recombiplastin 2G \ Calculate	INR	0.96	9.4%	<5	<100
(TT)凝血酶时间					
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	20.3	9.9%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。