

REF	551-3	6×1mL	EXP	2024-11-20	LOT	3493FCF	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号：3493FCF			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AFP)甲胎蛋白					
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	131	8.4%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	125	13.1%	<5	<100
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	116	2.7%	19	171
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	116	10.3%	<5	<100
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	123	10.8%	<5	<100
(FE3/uE3)游离雌三醇					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.82	39.9%	<5	119
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	8.57	6.9%	<5	<100
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.97	6%	19	172
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	4.27	9.5%	<5	<100
(Fβ-hCG)游离β-绒毛膜促性腺激素					
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	115	5.8%	19	173
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Electro chemi luminescence (ECL)	ng/mL	99.6	9.9%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro chemi luminescence (ECL)	IU/L	124	2.4%	<5	<100
(hCG)人绒毛膜促性腺激素					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	7099	26.8%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	8407	6.2%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	8542	10.5%	<5	<100
(PAPP-A)妊娠相关血浆蛋白-A					
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	2.25	5.5%	19	171
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	2.19	11.9%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	550	3.2%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	974	10.1%	<5	<100
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	0.956	10.4%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	1.79	1.2%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	6.91	10%	19	173
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	8.96	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。