

REF	551-3	6×1mL	EXP	2024-02-10	LOT	3493FC6	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号：3493FC6			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AFP)甲胎蛋白					
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	123	9.8%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	140	10.7%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	136	10.6%	<5	<100
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	127	10.5%	<5	<100
(FE3/uE3)游离雌三醇					
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	8.25	10.4%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.45	11.1%	<5	<100
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	4.12	9.8%	<5	<100
(Fβ-hCG)游离β-绒毛膜促性腺激素					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Electro chemi luminescence (ECL)	ng/mL	103	11.7%	<5	<100
(hCG)人绒毛膜促性腺激素					
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	8857	10%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	8921	10.1%	<5	<100
(PAPP-A)妊娠相关血浆蛋白-A					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	1.05	10.7%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	983	10%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	9.13	10.1%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。