报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

REF	521-3	6×3mL	EXP	2023-11-17	LOT	31B78AB	更新日期：	2024-04

		批号：31B78AB			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	57.8	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Mindray BS series Mindray \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	390	3.5%	8	<100
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	315	2.4%	34	716
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	372	2%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	357	3.6%	15	165
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ OTHER	IU/mL	196	7.2%	13	321
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	219	9.2%	11	285
(AT-III)抗凝血酶III					
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	48	12%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	233	4.9%	34	720
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	227	3%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	224	4.8%	15	161
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ OTHER	mg/dL	207	5.2%	13	310
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	208	6%	11	279
Mindray BS series Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	242	3.2%	10	103
(C4)补体 C4					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	50.8	4.8%	34	719
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	51.5	3.4%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	47.9	6.8%	15	165
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ OTHER	mg/dL	55.8	6.2%	13	331
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	56.3	5.3%	11	247
Mindray BS series Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	55.1	2.9%	10	103
(Cer)铜蓝蛋白					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.709	4.9%	23	556
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.676	4.3%	11	161
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.45	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Beckman AU series DongOu \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	7.11	2.9%	43	969
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.75	6.7%	21	170
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ OTHER	mg/dL	7.59	3.6%	10	258
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.71	12%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	341	12%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Mindray BS series Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	429	3.4%	9	<100
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	426	4.5%	34	720
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	320	4.4%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ OTHER	mg/dL	339	4.7%	13	268
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	356	8.9%	11	256
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	73.5	4.1%	23	560
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	59.8	12%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2117	5.2%	34	720

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

REF	521-3	6×3mL	EXP	2023-11-17	LOT	31B78AB	更新日期：	2024-04

		批号：31B78AB			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2258	2.1%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ OTHER	mg/dL	1913	4.3%	13	321
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	1965	6.9%	11	279
Mindray BS series Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2397	15.7%	10	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Mindray BS series Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	215	2.6%	9	103
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	269	3.5%	34	720
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ OTHER	mg/dL	254	5.4%	13	309
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	265	5.4%	11	259
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	15.5	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.13	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.461	3.1%	9	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 DENUO \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.492	5.9%	9	145
Beckman AU series DongOu \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.484	2.4%	68	1469
Beckman AU series DiaSys \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	0.464	3.6%	27	746
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.48	12%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Beckman AU series DongOu \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.77	3.6%	68	1471
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.56	12%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	80.3	4.7%	34	720
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	132	4.1%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	119	9%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	98.9	2.6%	15	164
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ OTHER	IU/mL	116	7.7%	13	299
Mindray BS series Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	89.2	3.9%	10	<100
(TRF)转铁蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	371	3.1%	15	165
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ OTHER	mg/dL	357	4.9%	10	252
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	357	12%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Beckman AU series OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	237	4.2%	68	1472
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	202	10.4%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Mindray BS series Mindray \ OTHER	ng/mL	5631	3%	7	<100
Beckman AU series LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	6060	4.5%	68	1461
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	5819	2.3%	<5	<100
TOSHIBA TBA MedicalSystem \ OTHER	ng/mL	5818	7.8%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	3110	1.1%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	5125	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。