报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **血液学五分类M非定值质控品**

REF	666-3	6×3mL	EXP	2023-11-18	LOT	3F8BA74	更新日期：	2024-05

		批号：3F8BA74			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(HCT)血细胞比容/压积					
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	%	43.6	10.8%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	%	43.2	11.1%	<5	<100
(HGB/ Hb)血红蛋白					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	175	9.7%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	176	10.2%	<5	<100
(LYM %)淋巴细胞 %					
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	20	25%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	20	25%	<5	<100
(MCH)平均红细胞血红蛋白含量					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	pg	32.6	10.1%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	pg	32.4	9.9%	<5	<100
(MCHC)平均红细胞血红蛋白浓度					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	325	10.2%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	323	10.2%	<5	<100
(MCV)平均红细胞体积					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	fL	89	10.1%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	fL	87	10.3%	<5	<100
(NEUT %)嗜中性粒细胞 %					
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	55	22.7%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	55	22.7%	<5	<100
(PLT)血小板					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	500	11%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	450	12.2%	<5	<100
(RBC)红细胞					
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	T/L (1E+12/L)	4.82	9.8%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	T/L (1E+12/L)	4.79	9.8%	<5	<100
(WBC)白细胞					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	18.4	9.8%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	18.2	9.9%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。