

REF	600-2	30×1.7mL	EXP	2024-08-20	LOT	393DC95	更新日期：	2024-05
1 / 2								

		批号：393DC95			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Ca)钙					
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (indirect)	mmol/L	0.982	0.9%	5	253
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	0.955	0.8%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	1.04	7.9%	<5	<100
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (indirect)	mmol/L	1.08	10.2%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	1.04	11.5%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ OTHER	mmol/L	1	0%	<5	<100
(Cl)氯					
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (indirect)	mmol/L	89.6	0.6%	5	228
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	91	0.5%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	96.3	2.3%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	96.5	9.1%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	91.4	10%	<5	<100
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	92.5	9.6%	<5	<100
(K)钾					
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	3.89	0.5%	<5	<100
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (indirect)	mmol/L	3.9	0.5%	<5	145
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	4.03	2.2%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	3.98	9.8%	<5	<100
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	4.09	9.3%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	4.02	9.7%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ OTHER	mmol/L	3.7	0%	<5	<100
(Na)钠					
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (indirect)	mmol/L	133	0.4%	5	254
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	129	0.6%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	135	1.9%	<5	<100
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	136	8.8%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ICP-MS	mmol/L	133	9%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	131	9.2%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ OTHER	mmol/L	133	0%	<5	<100
(PCO2)二氧化碳分压					
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	38.1	16.5%	8	236
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ Electrode	mmHg	41.6	3.4%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	42.7	14.2%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Electrode	mmHg	48.2	9.5%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	mmHg	41.9	7%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ Electrode	mmHg	33	0%	<5	<100
(pH)酸碱度					
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	No Units	7.41	2.8%	6	221
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ Electrode	No Units	7.39	0.1%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.42	7.2%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	No Units	7.37	9.4%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Electrode	No Units	7.36	9.4%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ Electrode	No Units	7.48	0%	<5	<100
(PO2)氧分压					
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	124	17.4%	6	260
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ Electrode	mmHg	101	3.7%	<5	<100

REF	600-2	30×1.7mL	EXP	2024-08-20	LOT	393DC95	更新日期：	2024-05
2 / 2								

批号：393DC95					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	98.7	19.8%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Electrode	mmHg	97.2	10.2%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	mmHg	111	8.8%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ Electrode	mmHg	115	8.5%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series OTHER \ Electrode	mmHg	114	0%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。