

REF	792-C	6×1mL	EXP	2024-03-22	LOT	4B8FCCB	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：4B8FCCB			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Anti-TP)梅毒抗体					
KHB ST-360					
WanTai \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	Sample/Cutoff	3.42	8.7%	<5	<100
Manual					
WanTai \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	Sample/Cutoff	5.67	24.5%	<5	<100
J&J Vitros ECL					
Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	Sample/Cutoff	9.15	10.5%	<5	<100
Autolumo A2000/A2000 PLUS					
Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	Sample/Cutoff	5.74	0.8%	<5	<100
maglumi system					
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.004	10.2%	<5	<100
Roche cobas E601/602					
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	Sample/Cutoff	3.79	11.3%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。