

REF	670-3	6×1mL	EXP	2023-05-13	LOT	3FED3CB	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：3FED3CB			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APTT)活化部分凝血活酶时间					
Stago STA series STA-Neoplastine CI \ Magnetic Beads	Seconds	68.7	10.3%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	82.1	9.9%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	122	9.8%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	%	22.6	11.5%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	%	23.7	11%	<5	<100
(FIB)纤维蛋白原					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	1.89	10.1%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	g/L	1.23	10.6%	<5	<100
(PT)血浆凝血酶原时间					
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	46.3	9.7%	<5	<100
Stago STA series Dedicated \ Magnetic Beads	Seconds	49.4	9.5%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	42.3	9.2%	<5	<100
(TT)凝血酶时间					
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	19.9	12.6%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。