报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

REF	521-3	6×3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B7969	更新日期：	2024-04

		批号：31B7969			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	56.2	12%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
OTHER Genrui \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	344	6.4%	6	101
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	IU/mL	367	3.7%	5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	253	2.9%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	215	4.8%	25	592
Siemens BN II Siemens \ OTHER	IU/mL	377	5.6%	17	488
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	367	3%	15	186
(AT-III)抗凝血酶III					
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	25	12%	<5	<100
(C1q)补体C1q					
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	mg/L	265	33.5%	17	330
(C3)补体 C3					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	252	5.2%	8	241
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	234	1.5%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	228	4.3%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	224	4.9%	25	614
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	280	6.9%	17	481
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	247	2.6%	15	186
(C4)补体 C4					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	56.5	7%	8	242
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	46.1	1.7%	5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	61	4.9%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	58	5.3%	25	595
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	63.5	7.4%	17	489
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	56.1	2.5%	15	186
(Cer)铜蓝蛋白					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	g/L	0.745	8.8%	17	486
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.594	7.2%	12	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.4	12%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
OTHER Genrui \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.54	6.9%	6	101
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.41	2.7%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.66	4%	25	599
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	7.49	6%	17	482
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.04	2.1%	15	186
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	7.24	5.9%	14	235
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	8.01	2.4%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	ng/mL	286	5.8%	16	472
Roche Hitachi/Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	236	1.6%	12	280
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	357	12%	<5	<100
(Hap（HPT）)触珠蛋白（结合珠蛋白）					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/L	2569	9.7%	17	484
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	mg/L	85.5	1.7%	5	<100

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

REF	521-3	6×3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B7969	更新日期：	2024-04

		批号：31B7969			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	383	5.1%	8	242
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	363	1.7%	5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	397	4%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	361	4.5%	25	596
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	472	7.9%	17	487
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	419	3.4%	15	186
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	IU/mL	79.7	7.4%	17	481
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	69.8	12%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2218	4.3%	8	242
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1796	1.6%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2000	3%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2005	5.3%	25	623
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	2343	8.9%	17	494
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2157	2.6%	15	186
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	281	6.6%	8	242
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	222	4.8%	5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	252	3.2%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	240	4.6%	25	618
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	296	7.6%	17	475
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	267	2.5%	15	186
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	g/L	5.73	8.2%	17	482
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	5.19	3.7%	15	186
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	17.2	12%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	g/L	3.04	6.7%	17	483
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.88	3.5%	15	187
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.62	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
TOSHIBA TBA OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.525	1.4%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.533	2%	24	545
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.437	12%	<5	<100
(PRO/ TP)(总) 蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ OTHER	g/L	5.3	2.6%	14	263
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Beckman AU series DongOu \ OTHER	mg/dL	7.67	5%	17	332
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.42	12%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
OTHER Genrui \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	97.3	5.3%	6	101
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	IU/mL	128	1.4%	<5	<100
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	114	3%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	112	6.9%	25	600
Siemens BN II Siemens \ OTHER	IU/mL	82	6.9%	17	475

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

REF	521-3	6×3mL	EXP	2025-01-01	LOT	31B7969	更新日期：	2024-04

		批号：31B7969			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	75.2	4.7%	15	186
(TRF)转铁蛋白					
Siemens BN II Siemens \ OTHER	mg/dL	414	8.7%	17	492
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	361	4%	15	187
Roche Hitachi/Hitachi Systems LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	3.5%	12	281
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	12%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 WEGO \ OTHER	ng/mL	5678	5.7%	8	242
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	ng/mL	6209	3.3%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5348	4.1%	24	543
Beckman AU series DongOu \ OTHER	ng/mL	6473	6%	17	332
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6730	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。