

REF	551-1	6×1mL	EXP	2023-09-02	LOT	348F149	更新日期：	2024-04
1 / 1								

批号：348F149					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AFP)甲胎蛋白					
Beckman UniCel DxI 600/800 Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	12.4	6.3%	18	102
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12.5	10.4%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	12	9.9%	<5	<100
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.6	10.4%	<5	<100
(FE3/uE3)游离雌三醇					
Beckman UniCel DxI 600/800 Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	0.734	10.8%	16	<100
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.46	13%	<5	<100
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	0.556	9.8%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	0.18	16.7%	<5	<100
(Fβ-hCG)游离β-绒毛膜促性腺激素					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Electro chemi luminescence (ECL)	ng/mL	13.5	8.9%	<5	<100
(hCG)人绒毛膜促性腺激素					
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	336	9.5%	<5	<100
(PAPP-A)妊娠相关血浆蛋白-A					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	0.092	9.9%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。