报告类别: 汇总实验室数据报告

质控品名: HIV p24Ag 非定值质控品



		批号: 4B7768F			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(HIV-p24 Ag)HIV-p24抗原					
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	Sample/Cutoff	31.4	67.3%	<5	<100
Ortho Vitros 3600/5600 InTec \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cutoff	60	10%	<5	<100
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	Sample/Cutoff	47.5	5.7%	<5	<100

注:此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来,仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同,或因制造商检测方法的改变,均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好 实验室规范的要求,实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

上海昆涞生物科技有限公司 咨询、服务热线: 4008-218-228 网址: www.china-qlab.com