

REF	581-3	6×5mL	EXP	2026-07-18	LOT	3770754	更新日期：	2024-05
1 / 2								

		批号：3770754			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(a-HBDH)α-羟丁酸脱氢酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ immunoturbidimetric	U/L	328	10%	<5	<100
(Alb)白蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	41.7	10.1%	<5	<100
(ALP)碱性磷酸酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	292	10%	<5	<100
(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV-rate with P5P	U/L	122	10%	<5	<100
(AMY)淀粉酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ PNP-G7	U/L	261	10%	<5	<100
(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV-rate with P5P	U/L	169	10%	<5	<100
(Ca)钙					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ BAPTA	mmol/L	3.19	9.4%	<5	<100
(CHE)胆碱酯酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ DTNB	U/L	7548	10%	<5	<100
(CHOL/ TC)总胆固醇					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Cholesterol oxidase	mmol/L	4.19	9.5%	<5	<100
(CK)肌酸激酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	428	10%	<5	<100
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immune suppression	U/L	54	10%	<5	<100
(Cl)氯					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	94	10%	<5	<100
(CO2 (HCO3-))二氧化碳 (碳酸氢根)					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electrode	mmol/L	10.6	10.4%	<5	<100
(Cr)肌酐					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	μmol/L	296	10%	<5	<100
(DBIL)直接胆红素					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Diazotization -Blank Compensation	μmol/L	24.5	10.2%	<5	<100
(Fe)铁					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	24.7	10.1%	<5	<100
(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ γ-glutamyl -3-carboxy-4-nitroaniline	U/L	118	10%	<5	<100
(GLU)葡萄糖					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	8.97	10%	<5	<100
(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	mmol/L	1.09	9.2%	<5	<100
(K)钾					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	5.4	9.3%	<5	<100
(LA)乳酸					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L	3.79	10.6%	<5	<100
(LDH)乳酸脱氢酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	U/L	335	10%	<5	<100
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	mmol/L	2.41	8.3%	<5	<100

REF	581-3	6×5mL	EXP	2026-07-18	LOT	3770754	更新日期：	2024-05
2 / 2								

批号： 3770754					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(LIP)脂肪酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	U/L	44.5	10.1%	<5	<100
(Mg)镁					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Xylidyl Blue	mmol/L	1.11	9%	<5	<100
(Na)钠					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	135	10%	<5	<100
(P)磷					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	2.3	8.7%	<5	<100
(PRO/ TP)(总) 蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Biuret-endpoint	g/L	59.6	10.1%	<5	<100
(TBA)总胆汁酸					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	68.8	10%	<5	<100
(TBIL)总胆红素					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Diazotization	μmol/L	75.2	10%	<5	<100
(TG)甘油三酯					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Free glycerol removed	mmol/L	2.28	8.8%	<5	<100
(UA)尿酸					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Uricase colorimetry	μmol/L	407	10%	<5	<100
(Urea)尿素					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease colorimetry	mmol/L	12	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。