



REF	667-1	6×4.5mL	EXP	2024-02-20	LOT	3F9F2F5	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号：3F9F2F5			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(ESR)红细胞沉降率(血沉)					
OTHER	mm/hr	8.03	10.6%	<5	<100
OTHER \ Westergren					
SHXD	mm/hr	9.82	10.1%	<5	<100
SHXD \ Westergren					
Nanion Cardio Excyte series	mm/hr	15.2	12.5%	<5	<100
Dedicated \ Westergren					
Manual	mm/hr	16.2	16%	<5	<100
Dedicated \ Westergren					
Diesse Ves-Matic series	mm/hr	13.4	14.2%	<5	<100
Dedicated \ Westergren					
zonci zc series	mm/hr	17.1	12.3%	<5	<100
Dedicated \ Westergren					

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。