

REF	761-2	6×3mL	EXP	2024-05-01	LOT	4898795	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号：4898795			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Al)铝					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μmol/L	4.98	8.6%	<5	<100
(Au)金					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μg/L	1678	10%	<5	<100
(Ca)钙					
Agilent Dedicated \ MS	mmol/L	3.18	9.4%	<5	<100
(Co)钴					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μmol/L	0.06	11%	<5	<100
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μg/L	3.55	11%	<5	<100
(Cr)铬					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μg/L	4.87	12.5%	<5	<100
(Cu)铜					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μmol/L	28.1	9.4%	<5	<100
(F)氟化物					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μg/L	198	9.1%	<5	<100
(Fe)铁					
Agilent Dedicated \ MS	μmol/L	57.6	11.8%	<5	<100
(Hg)汞					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μmol/L	0.011	12.6%	<5	<100
(K)钾					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	mmol/L	5.89	9.3%	<5	<100
(Li)锂					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	mmol/L	1.27	11.2%	<5	<100
(Mg)镁					
Agilent Dedicated \ MS	mmol/L	1.38	10.1%	<5	<100
(Mn)锰					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μg/L	13.6	10.3%	<5	<100
(Na)钠					
Agilent Dedicated \ MS	mmol/L	148	10.8%	<5	<100
(Ni)镍					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μg/L	8.91	10%	<5	<100
(P)磷					
Agilent Dedicated \ MS	mmol/L	3.18	11.4%	<5	<100
(Se)硒					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μmol/L	0.156	8.9%	<5	<100
(Zn)锌					
Agilent Dedicated \ ICP-MS	μmol/L	22.6	9.1%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。