



REF	671-1	6×1mL	EXP	2024-07-14	LOT	4000D09	更新日期：	2022-03
1 / 1								

批号：4000D09			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	38.4	29.2-47.6
(AT-III)抗凝血酶III			
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	%	95.5	72.6-118
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	1.91	1.45-2.37
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	3.82	2.9-4.74
(FIB)纤维蛋白原			
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	g/L	3.85	2.93-4.77
(PT INR)PT国际标准化比值			
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	1	0.759-1.24
(PT)血浆凝血酶原时间			
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	13.1	9.96-16.2
(TT)凝血酶时间			
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	17	12.9-21.1

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。