

<b>REF</b> 580-1	6x5mL	<b>EXP</b> 2021-03-31	<b>LOT</b> 37531C7	更新日期： 2018-11 1 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：37531C7				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(ALB)白蛋白</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Bromocresol green	g/L	44.8	38.4-51.2	
<b>(ALP)碱性磷酸酶</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Rate -AMP buffer	U/L	109	91-127	
<b>(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 HuaChenBio \ UV with P5P	U/L	23.6	19.4-27.8	
<b>(AMY)淀粉酶</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Iodine colorimetry	U/L	57.3	47.7-66.9	
<b>(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ UV with P5P	U/L	24.8	20.6-29.0	
<b>(Ca)钙</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	1.52	1.24-1.80	
<b>(CHE)胆碱酯酶</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ DTNB	U/L	7631	6,163-9,099	
<b>(CHOL/ TC)总胆固醇</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Cholesterol oxidase	mg/dL	212	174-250	
<b>(CK)肌酸激酶</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 HuaChenBio \ Gelatin particle agglutination (PA)	U/L	94.2	76.0-112.4	
<b>(Cl)氯</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	115	91-139	
<b>(CO2 ( HCO3- ) )二氧化碳 ( 碳酸氢根 )</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ PEPC	mmol/L	30.6	25.0-36.2	
<b>(CRE)肌酐</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Enzymatic	mg/dL	1.24	1.00-1.48	
<b>(Cu)铜</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ ICP-MS	umol/L	20.9	17.1-24.7	
<b>(DBIL)直接胆红素</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Diazotization -Blank Compensation	mg/dL	0.37	0.29-0.45	
<b>(Fe)铁</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Ferrozine colorimetry	ug/dL	253	209-297	
<b>(GGT)<math>\gamma</math>-谷氨酰基转移酶</b>				
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ $\gamma$ -glutamyl -4-nitroaniline	U/L	38.5	31.3-45.7	
<b>(GLU)葡萄糖</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Hexokinase	mg/dL	68.4	55.8-81.0	
<b>(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Enzymatic	mg/dL	76.2	63.0-89.4	
<b>(K)钾</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ ISE (indirect)	mmol/L	2.44	1.96-2.92	
<b>(LA)乳酸</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Lactate to pyruvate (L-P)	mg/dL	48.9	41.7-56.1	
<b>(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ Enzymatic	mg/dL	111	93-129	
<b>(Li)锂</b>				
Beckman UniCel DxC 600/800 Dedicated \ ISE (indirect)	mmol/L	0.34	0.22-0.46	
<b>(LIP)脂肪酶</b>				
Roche Hitachi Systems Dedicated \ Enzymatic Cycling Assays Method	U/L	47.9	39.5-56.3	

<b>REF</b> 580-1	6x5mL	<b>EXP</b> 2021-03-31	<b>LOT</b> 37531C7	更新日期： 2018-11 2 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：37531C7				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(Mg)镁</b>				
Abbott ARCHITECT c series Wako \ Xylidyl Blue	mmol/L	0.82	0.66-0.98	
<b>(Na)钠</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ ISE (indirect)	mmol/L	146	122-170	
<b>(P)磷</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	1.21	0.97-1.45	
<b>(PRO/ TP)(总) 蛋白</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ Biuret-endpoint	g/L	77.8	63.6-92.0	
<b>(TBA)总胆汁酸</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 HuaChenBio \ Enzymatic Cycling Assays Method	umol/L	16.4	13.6-19.2	
<b>(TBIL)总胆红素</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ Diazotization	mg/dL	0.73	0.57-0.89	
<b>(TG)甘油三酯</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ Free glycerol removed	mg/dL	176	144-208	
<b>(TIBC)总铁结合力</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ Ferrozine colorimetry	ug/dL	347	295-399	
<b>(UA)尿酸</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ Uricase-UV	mg/dL	4.47	3.65-5.29	
<b>(UIBC)不饱和铁结合力</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ Ferrozine colorimetry	ug/dL	92.1	74.5-109.7	
<b>(Urea)尿素</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ Urease colorimetry	mg/dL	18.8	15.6-22.0	
<b>(Zn)锌</b>				
Beckman UniCel Dx C 600/800 Dedicated \ Colorimetry	umol/L	28.2	23.8-32.6	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。