报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **心肌标志物液体非定值质控品**

REF	530-2	6×3mL	EXP	2022-04-01	LOT	T290CD0	更新日期：	2019-06

		批号：T290CD0	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CK-MB)肌酸激酶-MB			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.1	14.5-21.7
J&J Vitros ECL Johnson&Johnson \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.16	7.32-11.00
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	13.3	10.7-15.9
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.3	14.7-21.9
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Bio-Merieux VIDAS BioMerieux \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	ng/mL	714	572-856
Roche Cobas integra Roche \ Nephelometry	ug/mL	0.731	0.585-0.877
(hs-CRP)超敏C反应蛋白			
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	5.51	4.41-6.61
Roche Cobas integra Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	3.01	2.41-3.61
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	5.38	4.30-6.46
(HS-CTnT)超敏肌钙蛋白T			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	210	168-252
(MYO / Mb)肌红蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	141	113-169
J&J Vitros ECL Johnson&Johnson \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	189	151-227
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	175	141-209
Roche Cobas integra Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	184	148-220
Siemens ADVIA Chemistry XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	211	169-253
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	174	140-208
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
J&J Vitros ECL Johnson&Johnson \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	877	701-1,053
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	479	383-575
Siemens ADVIA Chemistry XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	104	84-124
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.218	0.178-0.258

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。