报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **降钙素原非定值质控品**

REF	522-1	6×2mL	EXP	2021-09-10	LOT	31CB18D	更新日期：	2018-12

		批号：31CB18D	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(PCT)降钙素原			
Bio-Merieux VIDAS Dedicated \ Enzyme immunoassay (EIA)	ng/mL	0.74	0.60-0.88
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.67	0.55-0.79

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。