

REF	530-3	6×3mL	EXP	2021-11-30	LOT	32934AF	更新日期：	2018-12
								1 / 1

批号：32934AF			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CK-MB)肌酸激酶-MB			
J&J Vitros ECL Johnson&Johnson \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	39	31-47
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/L	42.8	34.2-51.4
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Roche Hitachi Systems Roche \ Nephelometry	ug/mL	1.52	1.20-1.84
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	6.06	4.82-7.30
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	ug/mL	15.7	12.5-18.9
(hs-CRP)超敏C反应蛋白			
Roche cobas E601/602 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	11.7	9.3-14.1
Roche Hitachi Systems Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	7.74	6.18-9.30
(MYO / Mb)肌红蛋白			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ug/mL	373	299-447
Roche Hitachi Systems Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	353	283-423
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1409	1,129-1,689
Roche Hitachi Systems Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	1469	1,177-1,761
(TnI)肌钙蛋白I			
J&J Vitros ECL Johnson&Johnson \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	75.3	60.1-90.5
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.85	0.67-1.03
Roche Hitachi Systems Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	1.07	0.85-1.29

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。