

Unassayed Hematology RET-X Control



规格 / Qty : 6 × 3mL

【儲存條件及效期】：

开瓶后

于冷藏或室温条件下运输本产品。严禁冷冻。

【适用仪器】：

本产品适用于检测参数列表所列项目的仪器设备。白细胞分类参数仅适用于部分检测方法学检测。

【使用方法】：

应将本产品视为患者样本，检测时参照所使用的仪器、配件或试剂的说明进行操作。

- 注意：**

- 1.已取样出的样本不得倒回原瓶中。
- 2.操作中请注意预防微生物污染。
- 3.若发现包装破损，请及时联系售后服务商。

【限制】：

1. 本产品超出效期后切勿使用。
2. 使用中若发现有微生物污染或浊度过高，切勿使用。
3. 本产品不能用作标准品或对照品。
4. 丢弃本产品时，请务必按照当地废弃物管理部门的要求进行处理。

【警告】：

所有用于生产本产品的人源物质均使用国家食品药品监督管理局批准的方法进行了检验，乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、丙型肝炎(HCV)抗体和HIV1/HIV2抗体均呈阴性。本品可能含有其他尚无合适检测方法的可感染性病原体。按照良好实验室规范的要求，所有人源物质均应视为具有潜在感染性，并采用与患者样本相同的防范措施进行处理。

【参考文献】：

1. CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document C24-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2006.
2. Westgard JO. Internal quality control: planning and implementation strategies. *Ann Clin Biochem.* 2003;593-611.

【企业信息】：

注册人/生产企业名称：上海惠中生物科技有限公司
住所：上海市嘉定区江桥镇华江路1078号11幢C区
联系方式：86-21-58547250/58990629
生产地址：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号3幢一层、二层
北部、四层
生产许可证编号：沪食药监械生产许20120954号
售后服务单位名称：上海昆涑生物科技有限公司
地址：上海市虹口区中山北一路1111号5号楼
电话：021-55969126
【说明书核准及修改日期】：
核准日期：2021年04月26日
【说明书版本号】：
VD5.1



【参数列表】：

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
网织红细胞百分数(RET %)	网织红细胞绝对值(RET #)	

示范实验室数据/ Peer Group Data: <http://www.china-qclab.com/sfsj.html>

注：示范实验室数据是若干实验室的汇总数据，仅供学习、参考之用。根据具良好实验室规范的要求，实验室需遵循相关技术规范确定自己的均值和可接受范围。

