

REF	673-2	6×1mL	EXP	2022-09-18	LOT	4034094	更新日期：	2021-01
1 / 2								

批号：4034094			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
IL ACL series			
IL \ Light scattering	Seconds	62.3	49.7-74.9
Stago STA series			
Dedicated \ Magnetic Beads	Seconds	65.7	53.3-78.1
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	Seconds	89.9	70.7-109
(AT-III)抗凝血酶III			
IL ACL series			
Dedicated \ Nephelometry	%	42.3	33.7-50.9
Stago STA series			
Dedicated \ Nephelometry	%	45.6	36-55.2
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Nephelometry	%	46.8	37.6-56
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
IL ACL series			
Dedicated \ Nephelometry	mg/L	0.756	0.61-0.902
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series			
Dedicated \ Latex agglutination (LA)	mg/L	1.08	0.856-1.3
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Nephelometry	mg/L	2.64	2.22-3.06
(F II)二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.25	0.19-0.31
Sysmex CS 5100			
Dedicated \ Light scattering	%	20.6	17-24.2
(F IX)九因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.18	0.12-0.24
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Light scattering	%	18.2	14.8-21.6
(F V)五因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.49	0.41-0.57
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Light scattering	%	52.7	43.5-61.9
(F VII)七因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.27	0.21-0.33
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Light scattering	%	18.4	18.1-18.7
(F VIII)八因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.23	0.17-0.29
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Light scattering	%	26.7	22.3-31.1
(F X)十因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.26	0.2-0.32
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Light scattering	%	25.3	20.7-29.9
(F XI)十一因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.25	0.19-0.31
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Light scattering	%	25.2	20.6-29.8
(F XII)十二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.46	0.38-0.54
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Light scattering	%	46.3	37.9-54.7
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
SekiSui \ Nephelometry	mg/L	5.84	4.82-6.86
(FIB)纤维蛋白原			
IL ACL series			
IL \ Light scattering	g/L	1.73	1.39-2.07
Stago STA series			
Dedicated \ Magnetic Beads	g/L	1.82	1.5-2.14
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	g/L	1.62	1.28-1.96
(Plasminogen)纤溶酶原			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.43	0.35-0.51
(Protein C)蛋白C			
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.47	0.39-0.55

REF	673-2	6×1mL	EXP	2022-09-18	LOT	4034094	更新日期：	2021-01
								2 / 2

批号：4034094			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	45.5	37.1-53.9
(Protein S)蛋白S			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.42	0.34-0.5
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	25.6	21-30.2
(PT INR)PT国际标准化比值			
Stago STA series Dedicated \ Calculate	INR	2.94	2.46-3.42
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Calculate	INR	2.62	2.14-3.1
(PT)血浆凝血酶原时间			
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	32.6	26.2-39
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	34.7	28.1-41.3
(TT)凝血酶时间			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Dedicated \ Light scattering	Seconds	18.2	14-22.4

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。