

REF 768-1	6x5mL	EXP 2022-01-25	LOT 76812201	更新日期： 2020-07 1 / 1
------------------	-------	-----------------------	---------------------	------------------------

批号：76812201			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Clozapine)氯氮平			
OTHER Dedicated \ MS	µg/L	396	314-478
(DMZ)去甲氯氮平			
OTHER Dedicated \ MS	µg/L	48.5	38.3-58.7
(Duloxetine)度洛西汀			
OTHER Dedicated \ MS	µg/L	35.4	28.2-42.6
(Haloperidol)氟哌啶醇			
OTHER Dedicated \ MS	µg/L	3.55	2.83-4.27
(Olanzapine)奥氮平			
OTHER Dedicated \ MS	µg/L	28.5	22.3-34.7
(Paliperidone)帕潘立酮			
OTHER Dedicated \ MS	µg/L	8.96	7-10.9
(Quetiapine)喹硫平			
OTHER Dedicated \ MS	µg/L	89.6	67.6-112
(Risperidone)利培酮			
OTHER Dedicated \ MS	µg/L	9.83	7.63-12
(Ziprasidone)齐拉西酮			
OTHER Dedicated \ MS	µg/L	49.4	39.2-59.6

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。