

REF	530-2	6×3mL	EXP	2021-01-31	LOT	3290D95	更新日期：	2018-05
								1 / 1

		批号：3290D95	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CK-MB)肌酸激酶-MB			
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/L	10	8-12
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Dedicated \ Nephelometry	ug/mL	6.4	5.2-7.6
(hs-CRP)超敏C反应蛋白			
Beckman AU series Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	4.9	4.0-5.8
(MYO / Mb)肌红蛋白			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ug/L	153.8	129.6-178.0
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	440.2	380.0-500.4
(TnI)肌钙蛋白I			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.3	0.2-0.4
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.162	0.132-0.192

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。