

REF

540-2

6×3mL

EXP

2025-11-16

LOT

3384FDF

更新日期：

2022-11

1 / 7

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(17-OHP)17-羟孕酮	(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(AFP)甲胎蛋白
(ALD)醛固酮	(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体	(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体
(ASD)雄烯二酮	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(CEA)癌胚抗原	(CK)肌酸激酶
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)	(Cortisol)皮质醇
(C-P)C-肽	(DGXN)地高辛	(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮
(E2)雌二醇	(EPO)促红细胞生成素	(FA)叶酸
(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(FSH)促卵泡刺激素
(FT3)游离T3	(FT4)游离T4	(hCG)人绒毛膜促性腺激素
(HCY)同型半胱氨酸	(HGH)人生长激素	(IgE)免疫球蛋白 IgE
(IGF1)胰岛素生长因子1	(INS)胰岛素	(LH)促黄体生成素
(Myo / Mb)肌红蛋白	(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体	(PRL)催乳素
(PROG)孕酮	(PSA)前列腺特异性抗原	(PTH)甲状旁腺素
(TES)睾酮	(Tg)甲状腺球蛋白	(TnI)肌钙蛋白I
(TnT)肌钙蛋白T	(TSH)促甲状腺素	(TT3)总三碘甲状腺原氨酸
(TT4)总T4	(VB12)维生素B12	(β2M)β-2-微球蛋白
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

540-2

6×3mL

EXP

2025-11-16

LOT

3384FDF

更新日期：

2022-11

2 / 7

批号：3384FDF			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(17-OHP)17-羟孕酮			
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	1.78	1.41-2.15
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	77.1	61.7-92.5
(AFP)甲胎蛋白			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	121	97-145
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	142	114-170
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	117	95-139
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	105	79.9-130
(ALD)醛固酮			
DiaSorin Liaison /XL Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	167	135-199
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	3160	2520-3790
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	75.1	60.1-90.1
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	64.6	51.8-77.4
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	19.8	15-24.6
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	26.1	20.1-32.1
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	47.8	36.3-59.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	32.6	26.1-39.1
(ASD)雄烯二酮			
DiaSorin Liaison /XL Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.12	2.43-3.81
(CA 125)糖类抗原 125			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	52.3	39.7-64.9
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	62.3	49.9-74.7
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	51.7	41.4-62
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	64.9	52.3-77.5
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	85.7	69.5-102
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	70.8	53.8-87.8
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	71.2	56-86.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	46.7	37.4-56
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	50.6	40.4-60.8
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	58.1	45.9-70.3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	319	257-381

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-2	6×3mL	EXP	2025-11-16	LOT	3384FDF	更新日期：	2022-11
								3 / 7

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	45.3	36.2-54.4
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	39.4	31.6-47.2
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	90.5	68.8-112
(CEA)癌胚抗原			
Siemens ADVIA 1800/2400 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.3	8.58-14
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	ng/mL	11.5	9.3-13.7
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.8	7.04-10.6
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.69	7.36-12
(CK)肌酸激酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease-UV-rate	U/L	89.4	71.4-107
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.3	9.84-14.8
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	13.1	10.4-15.8
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.8	13.4-20.2
(Cortisol)皮质醇			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	240	192-288
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	225	182-268
(C-P)C-肽			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.28	1.84-2.72
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.25	1.8-2.7
Siemens ADVIA Centaur XP Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.46	1.18-1.74
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.74	1.34-2.14
(DGXN)地高辛			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.47	1.98-2.96
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6640	5310-7960
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5710	4530-6880
(E2)雌二醇			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1040	834-1240
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1020	816-1220
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	808	644-972
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	870	661-1070
(EPO)促红细胞生成素			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	45.9	37.3-54.5
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	39.7	31.8-47.6
(FA)叶酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.48	5.18-7.78

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-2	6×3mL	EXP	2025-11-16	LOT	3384FDF	更新日期：	2022-11
4 / 7								

Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.37	5.78-8.96
(Ferritin)铁蛋白			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	210	160-260
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/L	189	151-227
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	µg/L	153	121-185
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	137	109-165
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.92	5.54-8.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.38	4.3-6.46
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.74	4.36-7.12
(FSH)促卵泡刺激素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	34.8	28-41.6
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	25.7	20.6-30.8
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	38.9	31.3-46.5
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	26.8	21-32.6
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	23.6	17.9-29.3
(FT3)游离T3			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	15	12-18
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	12.4	9.92-14.9
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	11.3	9.1-13.5
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	8.36	6.35-10.4
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	12.4	9.42-15.4
(FT4)游离T4			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	38.2	29-47.4
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	26.5	21.4-31.6
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	33.4	26.7-40.1
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	32.2	25.8-38.6
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	34.2	27-41.4
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	25	19-31
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	152	124-180
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	147	119-175
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	234	178-290
(HCY)同型半胱氨酸			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µmol/L	24.3	19.7-28.9
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	µmol/L	21.7	17.4-26
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µmol/L	22.1	17.3-26.9

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-2	6×3mL	EXP	2025-11-16	LOT	3384FDF	更新日期：	2022-11
								5 / 7

(HGH)人生长激素

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	4.07	3.26-4.88
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	3.97	3.17-4.77

(IgE)免疫球蛋白 IgE

Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	82.6	66.1-99.1
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	80.6	64.2-97

(IGF1)胰岛素生长因子1

Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	237	190-284
---	-------	-----	---------

(INS)胰岛素

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	25.1	20.2-30
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	32.7	26.2-39.2
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	31.2	24.8-37.6
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	32.1	25.3-38.9

(LH)促黄体生成素

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	19.3	15.5-23.1
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	21.2	17-25.4
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	28.5	22.9-34.1
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	17.9	14.1-21.7
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	32.1	24.4-39.8

(Myo / Mb)肌红蛋白

Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	126	102-150
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	139	111-167
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	143	115-171

(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1180	943-1410
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	139	111-167

(PRL)催/泌乳素

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	15.2	12.2-18.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.5	14-21
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	15.9	13.1-18.7
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16	12.2-19.8

(PROG)孕酮

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.2	9-13.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.4	9.13-13.7
Siemens Immulite1000/2000 Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	8.23	6.59-9.87
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.6	9.15-14.1

(PSA)前列腺特异性抗原

Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12.7	10.3-15.1
--	-------	------	-----------

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-2	6×3mL	EXP	2025-11-16	LOT	3384FDF	更新日期：	2022-11
								6 / 7

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14.3	11.4-17.2
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.5	8.9-14.1
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	15.9	12.1-19.7
(PTH)甲状旁腺素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	69	55.2-82.8
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	90.2	0-269
(TES)睾酮			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.455	0.346-0.564
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.42	0.34-0.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.493	0.395-0.591
(Tg)甲状腺球蛋白			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.37	7.5-11.2
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	2.37	1.91-2.83
(TnI)肌钙蛋白I			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.37	0.296-0.444
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.47	0.35-0.59
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1	0.8-1.2
(TSH)促甲状腺素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	8.76	6.96-10.6
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.7	8.55-12.8
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	9.78	8.06-11.5
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	10	7.6-12.4
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	10.2	7.75-12.6
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.15	1.71-2.59
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.55	2.04-3.06
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.82	2.26-3.38
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.64	1.25-2.03
(TT4)总T4			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	153	125-181
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	178	142-214
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	175	142-208
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	132	100-164
(VB12)维生素B12			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	771	617-925
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	659	524-794

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	540-2	6×3mL	EXP	2025-11-16	LOT	3384FDF	更新日期：	2022-11
7 / 7								

(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.18	0.944-1.42
Tosoh AIA1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	1.44	1.12-1.76
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	136	109-163
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	166	126-206

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。