



REF	581-1	6×5mL	EXP	2026-11-29	LOT	376B938	更新日期：	2023-12
1 / 3								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(a-HBDH)α-羟丁酸脱氢酶	(Alb)白蛋白	(ALP)碱性磷酸酶
(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶	(AMY)淀粉酶	(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶
(Ca)钙	(CHE)胆碱酯酶	(CHOL/ TC)总胆固醇
(CK)肌酸激酶	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)	(Cl)氯
(CO2 (HCO3-))二氧化碳 (碳酸氢根)	(Cr)肌酐	(Cu)铜
(DBIL)直接胆红素	(Fe)铁	(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶
(GLU)葡萄糖	(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇	(K)钾
(LA)乳酸	(LDH)乳酸脱氢酶	(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇
(Li)锂	(LIP)脂肪酶	(Mg)镁
(Na)钠	(P)磷	(PRO/ TP)(总) 蛋白
(TBA)总胆汁酸	(TBIL)总胆红素	(TG)甘油三酯
(UA)尿酸	(Urea)尿素	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	581-1	6×5mL	EXP	2026-11-29	LOT	376B938	更新日期：	2023-12
								2 / 3

批号：376B938			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(a-HBDH)α-羟丁酸脱氢酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ immunoturbidimetric	U/L	146	117-175
(Alb)白蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	34.1	27.3-40.9
(ALP)碱性磷酸酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	40	32-48
(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV-rate with P5P	U/L	37.4	29.9-44.9
(AMY)淀粉酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ PNP-G7	U/L	63.5	50.8-76.2
(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV-rate with P5P	U/L	38.6	30.9-46.3
(Ca)钙			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ BAPTA	mmol/L	1.93	1.54-2.32
(CHE)胆碱酯酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ DTNB	U/L	4980	3980-5970
(CHOL/ TC)总胆固醇			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Cholesterol oxidase	mmol/L	2.04	1.63-2.45
(CK)肌酸激酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	154	123-185
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immune suppression	U/L	16.2	13-19.4
(Cl)氯			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	68	54.4-81.6
(CO2 (HCO3-))二氧化碳 (碳酸氢根)			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electrode	mmol/L	5.95	4.76-7.14
(Cr)肌酐			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	μmol/L	67.5	54-81
(Cu)铜			
Beckman AU series Beckman Coulter \ ICP-MS	μmol/L	12	9.6-14.4
(DBIL)直接胆红素			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Diazotization -Blank Compensation	μmol/L	7.9	6.32-9.48
(Fe)铁			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	15.5	12.4-18.6
(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ γ-glutamyl -3-carboxy-4-nitroaniline	U/L	30.2	24.2-36.2
(GLU)葡萄糖			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	3.74	2.99-4.49
(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	mmol/L	0.77	0.616-0.924
(K)钾			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	3	2.4-3.6
(LA)乳酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L	6.49	5.19-7.79

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	581-1	6×5mL	EXP	2026-11-29	LOT	376B938	更新日期：	2023-12
3 / 3								

(LDH)乳酸脱氢酶			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	U/L	152	122-182
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Enzymatic	mmol/L	1.2	0.96-1.44
(Li)锂			
Beckman AU series			
Beckman Coulter \ Colorimetry	mmol/L	0.71	0.568-0.852
(LIP)脂肪酶			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	U/L	24.4	19.5-29.3
(Mg)镁			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Xylidyl Blue	mmol/L	0.71	0.568-0.852
(Na)钠			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	100	80-120
(P)磷			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	0.74	0.592-0.888
(PRO/ TP)(总) 蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Biuret-endpoint	g/L	47.7	38.2-57.2
(TBA)总胆汁酸			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	15.1	12.1-18.1
(TBIL)总胆红素			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Diazotization	μmol/L	14.6	11.7-17.5
(TG)甘油三酯			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Free glycerol removed	mmol/L	0.9	0.72-1.08
(UA)尿酸			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Uricase colorimetry	μmol/L	166	133-199
(Urea)尿素			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Urease colorimetry	mmol/L	4.37	3.5-5.24

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。