



REF	790-C	6×1mL	EXP	2024-07-28	LOT	4B5EF8F	更新日期：	2023-02
								1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(anti-HIV-1/2)人类免疫缺陷病毒抗体		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	790-C	6×1mL	EXP	2024-07-28	LOT	4B5EF8F	更新日期：	2023-02
2 / 2								

		批号：4B5EF8F	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(anti-HIV-1/2)人类免疫缺陷病毒抗体			
Maccura IS1200 Dedicated \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	Sample/Cu toff	2.54	2.08-3
Autolumo A2000/A2000 PLUS Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	Sample/Cu toff	9.37	7.45-11.3
Manual KHB \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	Sample/Cu toff	4.61	3.79-5.43
Manual WanTai \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	Sample/Cu toff	5.8	4.66-6.94

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。