

REF	586-1	6×8mL	EXP	2022-11-02	LOT	37E58C7	更新日期：	2020-03
								1 / 1

		批号：37E58C7	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AMY)淀粉酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ PNP-G7	U/L	38.5	30.8-46.2
(Ca)钙			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ BAPTA	mmol/L	1.9175	1.5340-2.3010
(Cl)氯			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	73.25	58.60-87.90
(Cortisol)皮质醇			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/dL	3.33	2.66-4.00
(Cr)肌酐			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	µmol/L	6401	5,121-7,681
(GLU)葡萄糖			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	1.3325	1.0660-1.5990
(K)钾			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	29.295	23.436-35.154
(MA)微量白蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	mg/L	29.1	23.3-34.9
(P)磷			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	8.6	6.9-10.3
(PRO/ TP)(总) 蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Biuret-endpoint	g/L	0.1275	0.1020-0.1530
(UA)尿酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Uricase colorimetry	µmol/L	467.25	373.80-560.70
(Urea)尿素			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease colorimetry	mmol/L	141.35	113.08-169.62

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。